

HIRSCHMANN®

Bedienungsanleitung

Bitte genau durchlesen!

Instruction manual

Please read before use!



opus® titration

Elektronisches Titrieren
Electronical titration

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15 • 74246 Eberstadt Germany
Fon +49 7134 511-0 • Fax +49 7134 511-990
www.hirschmannlab.com • info@hirschmannlab.com

X2120441000

Inhalt

	Seite
1. Warn- und Sicherheitsvorschriften	5
2. Einzelteile	9
3. Funktionsübersicht.....	10
4. Einsatzverbote.....	12
5. Einsatzbeschränkungen.....	13
6. Gerät vorbereiten.....	14
6.1 Einsetzen des Lichtschutzfensters.....	15
6.2 Befestigung Ansaugschlauch.....	16
6.3 Befestigung Rückführschlauch	17
6.4 Befestigung Ausstoßeinheit.....	17
6.5 Gerät auf Flasche schrauben	18
6.6 Ausstoßeinheit in gewünschte Position drehen.....	19
6.7 Gerät zum Flaschenetikett ausrichten.....	19
6.8 Akku Einbau (optional).....	20
6.9 Akku laden (optional).....	21
7. Arbeitsbeginn	22
7.1 Symbolübersicht.....	23
7.2 Gerät ein-/ausschalten.....	24
7.3 LED Status.....	26
7.4 Wahl der Dezimalstellen (10 ml).....	26
7.4.1 Dezimalstellen der Volumenanzeige ändern	27
7.5 Verschlusskappe abnehmen.....	27
7.6 Entlüften des Geräts.....	28
8. Titrieren	29
8.1 Befüllen	30
8.2 Einstellen der Ansaug- bzw. Ausstoßgeschwindigkeit.....	32

Contents

	Page
1. Warning and safety instructions.....	5
2. Individual components	9
3. Function overview.....	10
4. Prohibited use	12
5. Restrictions on use.....	13
6. Preparing the unit.....	14
6.1 Using the UV protection window.....	15
6.2 Securing the suction hose	16
6.3 Securing the recirculation hose	17
6.4 Securing the ejection unit	17
6.5 Screwing the unit onto the bottle.....	18
6.6 Turning the ejection unit to the correct position.....	19
6.7 Bottle label aligning unit	19
6.8 Battery installation (optional).....	20
6.9 Battery charging (optional)	21
7. Start of work	22
7.1 Overview of symbols.....	23
7.2 Activating/deactivating the unit.....	24
7.3 LED status	26
7.4 Modification of decimal places (10 ml)	26
7.4.1 Modify displayed decimal places.....	27
7.5 Closure cap removal.....	27
7.6 Venting the unit	28
8. Titration	29
8.1 Filling	30
8.2 Configuring of suctioning and ejection speed	32

	Seite
8.3	Schnelltitration..... 33
8.4	Tropfentitration..... 35
8.5	Clear..... 36
9.	Sonderfunktionen 37
9.1	Hauptbildschirm..... 37
9.2	Sprachwahl 38
9.3	Quick-Cal..... 38
9.4	PIN-Schutzfunktion..... 40
9.4.1	PIN-Schutz aktivieren..... 40
9.4.2	PIN-Schutz deaktivieren..... 41
9.4.3	Eingeschränkte Benutzer-PIN aktivieren..... 41
9.4.4	Eingeschränkten Benutzermodus deaktivieren 43
9.4.5	PIN vergessen 43
9.5	Methode speichern 44
9.6	Methode abrufen..... 45
9.7	Taster 46
9.8	Info..... 47
10.	Schnittstelle..... 48
11.	Reinigen..... 48
11.1	Wartung/Reinigung 50
11.2	Grundreinigung mittels Funktion Entlüften..... 51
11.3	Intensivreinigung 52
12.	Sterilisation..... 55
12.1	Vorbereitung..... 56
12.2	Demontage..... 56
12.3	Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil lockern..... 57

	Page
8.3	Rapid titration..... 33
8.4	Droplet titration..... 35
8.5	Clear..... 36
9.	Special functions 37
9.1	Main screen..... 37
9.2	Language selection..... 38
9.3	Quick-Cal..... 38
9.4	PIN Protection 40
9.4.1	Activate PIN protection..... 40
9.4.2	Deactivation of the PIN..... 41
9.4.3	Activation of restricted user PIN 41
9.4.4	Deactivation of restricted user mode..... 43
9.4.5	If the PIN is forgotten 43
9.5	Method saving..... 44
9.6	Activating the method 45
9.7	Switches 46
9.8	Info..... 47
11.	Interface 48
11.	Cleaning..... 48
11.1	Service/Cleaning 50
11.2	Basic cleaning with the venting function 51
11.3	Intensive cleaning..... 52
12.	Sterilisation..... 55
12.1	Preparation..... 56
12.2	Dismantling 56
12.3	Loosening the suction, ejection and recirculation valve 57

	Seite
12.4 Sterilisation durchführen.....	60
12.5 Montage	61
12.6 Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil festdrehen.....	62
12.7 Funktionsprüfung.....	63
13. Ventile auswechseln	64
13.1 Ansaugventil auswechseln	64
13.2 Ausstoßventil auswechseln	65
13.3 Rückführventil auswechseln.....	65
14. Reparatur beim Hersteller.....	66
15. Volumenprüfung.....	66
16. Problembehandlung.....	70
16.1 Meldungen	70
16.2 Sonstige Probleme - Lösungen.....	74
16.3 Herstellerkontakt	80
17. Technische Daten	81
18. Material	85
19. Zubehör und Ersatzteile	86
20. Vordruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung	87

	Page
12.4 Sterilisation procedure	60
12.5 Assembly	61
12.6 Tightening the suction, ejection and recirculation valve.....	62
12.7 Function inspection.....	63
13. Valve replacement	64
13.1 Suction valve replacement	64
13.2 Ejection valve replacement	65
13.3 Recirculation valve replacement	65
14. Repair by manufacturer	66
15. Volumetric inspection.....	66
16. Trouble-shooting	72
16.1 Messages.....	72
16.2 Other problems - solutions.....	77
16.3 Contacting the manufacturer.....	80
17. Technical data.....	83
18. Material	85
19. Accessories and spare parts	86
20. Clearance certificate form.....	88

1. Warn- und Sicherheitsvorschriften

Achtung!

Vor Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften beachten. Jeder im Labor beschäftigten Person sind diese Sicherheitshinweise vor Benutzung bekannt zu machen und jederzeit griffbereit zu halten. Die Gebrauchsanleitung ist jedoch nicht in der Lage, alle auftretenden Sicherheitsprobleme darzustellen. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten und Einschränkungen vor Gebrauch des Gerätes zu bestimmen und zu beachten.

- Beachten Sie sämtliche allgemeine Sicherheitsvorschriften für das Labor, wie z. B. das Tragen von Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhen beim Einsatz entsprechender Flüssigkeiten.

1. Warning and safety instructions

Warning!

Read the instruction manual prior to using the unit and observe all safety instructions. Any person working in the laboratory should be familiar with these safety instructions prior to using the unit, and the safety instructions should be accessible at all times. However, the instruction manual cannot illustrate every safety problem which may occur. Every user is personally responsible for observing the safety and health protection regulations and determining restrictions prior to using the unit. These restrictions should then be observed.

- Observe all general safety instructions for the laboratory e. g. wearing of protective clothing, safety glasses and protective gloves when using certain liquids.

1. Warn- und Sicherheitsvorschriften

- Beachten Sie die Hinweise und Vorschriften der Reagenzhersteller.
- Das Gerät darf nur zum Titrieren von Flüssigkeiten eingesetzt werden, wobei definierte Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen unbedingt einzuhalten sind (ggf. Rücksprache beim Hersteller).
- Vor Gebrauch jeweils Dichtigkeit aller Verbindungen und sicheren Sitz der Ausstoßeinheit und des Ansaugschlauches überprüfen. Eine nicht feststehende Ausstoßeinheit könnte beim Herunterfahren der Kolbeneinheit Spritzer verursachen.
- Vor dem Titrieren unbedingt die Verschlusskappe vom Ausstoßschlauch nehmen. Niemals das Gerät in Funktion setzen, solange die Verschlusskappe aufgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass weder Sie selbst noch eine andere Person gefährdet werden. Nie in Richtung einer Person arbeiten, Spritzer vermeiden, geeignete Aufnahmegefäße verwenden. Titrieren Sie jeweils an die Innenwand des Aufnahmegefäßes anstatt auf dessen Inhalt oder Boden.

1. Warning and safety instructions

- Observe the instructions and regulations of reagent manufacturers.
- The unit should only be used for titrating liquids, and it is imperative that usage prohibitions and restrictions be observed (consult the manufacturer if necessary).
- Prior to use, check all connections for leaks and ensure that the ejection unit and suction hose are securely fitted. A loosely-fitted ejection unit could cause splashing when the piston unit is lowered.
- It is imperative that the closure cap should be removed from the ejection hose prior to titrating. Never activate the unit while the closure cap is fitted.
- Ensure that neither you yourself nor other persons are at risk. Never work facing in the direction of another person. Avoid splashing and use suitable collecting vessels. Always titrate onto the interior wall of the collecting vessel rather than directly onto its base or the contents contained therein.

1. Warn- und Sicherheitsvorschriften

- Keinesfalls Gewalt anwenden!
- Nach Gebrauch den Ausstoßschlauch mit der Verschlusskappe verschließen. **Vorsicht! Reagenz kann heraustropfen!**
- Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden.
- Nach der Sterilisation (siehe Punkt 12) die Teile auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Bei Störungen, z. B.
 - schwergängige oder festsitzende Kolbeneinheit
 - verklebtes oder undichtes Ansaug-, Ausstoß- oder Rückführventil
 - undichte Stellen
 - Bruch von Bauteilensofort aufhören zu arbeiten. Vor weiterer Benutzung des Gerätes die Hinweise zur Reinigung (siehe Punkt 11) und Problemlösungen (siehe Punkt 16) beachten. Ggf. zur Reparatur an Hersteller senden. Beachten Sie hierzu Punkt 14!

1. Warning and safety instructions

- Never use force!
- Seal the ejection hose with the closure cap after use. **Caution! Reagent can drop out!**
- Use only original accessories and original spare parts.
- Allow components to cool to room temperature after sterilisation (see point 12).
- In case of malfunction, e. g.
 - piston unit stiffness or seizure
 - sticky or leaking suction, ejection or recirculation valve
 - leaks
 - component breakagestop working immediately. Observe the instructions on cleaning (see point 11) and problem solutions (see point 16) before continuing to use the unit. Send to manufacturer for repair if necessary. Observe point 14 in this respect!

1. Warn- und Sicherheitsvorschriften

- Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, weder das Gerät noch das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen!
- Achten Sie darauf, dass die Spannung des Stromnetzes mit der Angabe auf dem Netzteil übereinstimmt.
- Falls Kabel oder Netzteil in irgendeiner Weise beschädigt sind, darf das Netzteil nicht mehr benutzt werden.
- Den Stecker des Netzteils nie mit nassen Händen berühren!
- Netzteil darf nur in Räumen verwendet werden. Vor Feuchtigkeit schützen!

Achtung!


Wird das Gerät geöffnet, erfolgt Haftungsausschluss für das Gerät und somit verursachte Schäden. Unsachgemäße Bedienung vermeiden! Immer nur Original Netzteil sowie Originalzubehör und Original-Ersatzteile verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

1. Warning and safety instructions

- Do not deposit the unit or power supply unit in water or other liquids to avoid the risk of electric shock!
- Ensure that the mains power voltage corresponds to the details on the power supply unit.
- The power supply unit should not be used any further if the cable or power supply unit are damaged in any way.
- Never touch the plug on the power supply unit with wet hands!
- The power supply unit should only be used indoor. Protect against damp!

Warning!

Liability is excluded for the unit or any subsequent damage if the unit is opened. Avoid incorrect use! Always use an original power supply unit and original accessories and spare parts to avoid damage to the unit.




2. Einzelteile

1. Ausstoßeinheit komplett
2. Rückführventil
3. Ansaugventil
4. Ausstoßventil
5. Basiseinheit
6. Bedieneinheit
7. Netzteil

2. Individual components

1. Ejection unit (complete)
2. Recirculation valve
3. Suction valve
4. Ejection valve
5. Basic unit
6. Control unit
7. Power supply unit



Das Netzteil kann in der jeweiligen landesspezifischen Ausführung im Lieferumfang abweichen.
The power supply unit may deviate from the specific national design in the scope of delivery.

3. Funktionsübersicht

- Das Gerät ist ein motorisch betriebenes System zum Titrieren von Flüssigkeiten. Das Grundgerät (Gewinde A 45) und die Adapter-Varianten (siehe Zubehör) ermöglichen den Einsatz von handelsüblichen Reagenzflaschen.
- Das System arbeitet nach dem Kolbenhubprinzip über Kugelventile. Der Vorschub der Kolbeneinheit erfolgt über einen zahnradgetriebenen DC-Motor mit Inkrementenkennung. Die Ansteuerung erfolgt über eine Mikroprozessorsteuerung. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil. Optional ist ein Akkubetrieb möglich.

Hinweis:

Das Geräteoberteil der Basiseinheit ist nicht gas- und feuchtigkeitsdicht. Ein Betrieb in ätzenden Dämpfen ist daher unzulässig.

3. Function overview

- The unit is a motorised liquid titrating system. The basic unit (A 45 thread) and adapter variants (see accessories) facilitate the use of commercially available reagent bottles.
- The system employs the piston stroke principle and functions via ball valves. The piston unit is advanced by a DC motor with gear drive and increments. Actuation is realized with a microprocessor control. Power is supplied by a power supply unit. The unit can be optionally powered with a battery pack.

Note:

The upper part of the basic unit is not sealed against gas and damp. It is therefore not permissible to operate the unit in caustic fumes.

3. Funktionsübersicht

- Beim Hochziehen der Kolbeneinheit öffnet sich das Ansaugventil. Aus einer Vorratsflasche wird durch den Ansaugschlauch Flüssigkeit in den Zylinder gesaugt. Das Ansaugventil schließt nach Beendigung des Ansaugvorganges.
- Beim Niederfahren der Kolbeneinheit öffnet sich das Ausstoßventil und die sich im Zylinder befindliche Flüssigkeit wird ausgestoßen.

3. Function overview

- The suction valve is opened when the piston unit is drawn upwards. Liquid is suctioned into the cylinder from a storage bottle through the suction hose. The suction valve closes when suctioning is completed.
- The ejection valve is opened when the piston unit is lowered and the liquid in the cylinder is ejected.

4. Einsatzverbote

Das Gerät ist nicht zu verwenden bei:

- Flüssigkeiten, welche die Materialien Halar (ECTFE), FEP, PTFE, Borosilikatglas 3.3 oder Hastelloy angreifen.
 - Suspensionen (z. B. Aktivkohle-Suspension), da feste Partikel die Ventile verstopfen können.
 - Flusssäure, da sie Glas angreift.
 - leicht entzündlichen Medien (Flammpunkt beachten).
 - Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.
-

4. Prohibited use

The unit should not be used with the following:

- Liquids which attack the materials Halar (ECTFE), FEP, PTFE, borosilicate glass 3.3 or Hastelloy.
 - Suspensions (e.g. active carbon suspension), as solid particles can block the valves.
 - Hydrofluoric acid, as it attacks glass.
 - Combustible media (note the flashpoint).
 - Use in potentially-explosive environments.
-

5. Einsatzbeschränkungen

- Der Arbeitstemperaturbereich für Gerät und Flüssigkeit liegt zwischen 4 °C und 40 °C.
- Einsatz des Gerätes und laden des optionalen Akkus nur in Bereichen, in denen gewährleistet ist, dass keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftritt.
- Nicht im explosionsgefährdeten Bereich ablegen.

Achtung - wichtiger Hinweis!

Bei feststehender Kolbeneinheit niemals Gewalt anwenden. Sofort Vorgang beenden und Grundreinigung durchführen (siehe Punkt 11).

5. Restrictions on use

- The working temperature range for the unit and liquid lies between 4 °C and 40 °C.
- The unit should only be used and optional batteries loaded in areas where it can be assured that no hazardous potentially explosive atmospheres occur.
- Do not deposit in potentially explosive areas.

Attention - important information!

Never use force if the piston unit has seized. Terminate the process immediately and realize basic cleaning (see point 11).

6. Gerät vorbereiten

Achtung, vor Montagebeginn beachten!

- Alle Teile auf eventuelle Beschädigung überprüfen!
 - Ein einwandfreier und sicherer Betrieb des Gerätes ist nur bei Verwendung der beiliegenden, unbeschädigten Original-Zubehörteile gewährleistet.
 - Niemals fremde oder beschädigte Zubehörteile verwenden.
-

6. Preparing the unit

Warning, please note before assembly!

- Check all parts for evidence of damage!
 - Flawless and safe operation of the unit is only assured if the undamaged original accessories included in the delivery are used.
 - Never use damaged accessories or accessories gloves.
-

6.1 Einsetzen des Lichtschutzfensters

Um lichtempfindliche Medien zu schützen, kann das beigelegte eingefärbte Lichtschutzfenster mit dem vorhandenen klaren Sichtfenster ausgetauscht werden.

Zum Entfernen des klaren Sichtfensters muss es zunächst auf einer Seite angehoben werden, damit es aus der Verankerung rutscht, danach auf der gegenüberliegenden Seite.

Nun kann das eingefärbte Lichtschutzfenster (richtige Lage beachten) entsprechend eingesetzt werden.

6.1 Using the light protection window

The existing clear inspection window can be replaced with the coloured UV protection window to protect media which are sensitive to light.


The clear inspection window should be raised initially on one side for removal to ensure that it slides out of its fixture, and then raised again on the other side.

The coloured UV protection window can now be suitably fitted (note correct position).


6.2 Befestigung Ansaugschlauch

- Ansaugschlauch neben Vorratsflasche stellen, dabei zeigt das Schlauchende mit der Überwurfmutter zum Boden der Flasche.
- Den Schlauch in Höhe der Unterkante des Sicherungsringes der Vorratsflasche schräg abschneiden.
- Ansaugschlauch bis zum Anschlag aufstecken.
- Anschließend Überwurfmutter auf Ansaugventil drehen.

6.2 Securing the suction tube




- Hold the suction tube beside the storage bottle. The hose end with the union nut should face towards the base of the bottle.
- Cut the hose at a slant level to the lower edge of the locking ring on the storage bottle.



- Push the suction hose on up to the stop.
- Then tighten the union nut onto the suction valve.

6.3 Befestigung Rückführschlauch

Rückführschlauch in die Rückführöffnung des Ventilblocks fest einstecken.





6.3 Securing the recirculation hose

Insert the recirculation hose firmly into the recirculation opening in the valve block.

6.4 Befestigung Ausstoßeinheit

- Ausstoßeinheit mit:
 - Schlauchführung
 - Überwurfmutter
 - Ausstoßschlauch
 - Verschlusskappe
- Ausstoßeinheit bis zum Anschlag aufstecken.




6.4 Securing the ejection unit

- Ejection unit with:
 - hose guide
 - union nut
 - ejection hose
 - closure cap
- Push the ejection unit on up the stop.

6.4 Befestigung Ausstoßeinheit

- Überwurfmutter gut festdrehen und auf festen Sitz prüfen.



6.4 Securing the ejection unit

- Tighten the union nut firmly and ensure that it is securely fitted.

Achtung!


- Festen Sitz der Ausstoßeinheit prüfen.
- Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden (siehe Punkt 19, Zubehör und Ersatzteile).
- Keine deformierte oder beschädigte Ausstoßeinheit einsetzen.

Attention!

- Ensure that the ejection unit is securely fitted.
- Only use original ejection unit (see point 19, Accessories and spare parts).
- Do not connect a deformed or damaged ejection unit.

6.5 Gerät auf Flasche schrauben

Gerät mit oder gegebenenfalls ohne Gewindeadapter auf Vorratsflasche schrauben.



6.5 Screwing the unit onto the bottle

Screw the unit onto the storage bottle (use the threaded adapter where appropriate!)

6.6 Ausstoßeinheit in gewünschte Position drehen

Durch zwei im Gerät integrierte Drehachsen kann das Gerät und die Ausstoßeinheit in nahezu beliebiger Richtung zueinander ausgerichtet werden.

Warnhinweise!

- Sämtliche Sicherheitsbestimmungen, Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen beachten.
- Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

6.6 Turning the ejection unit to the correct position

The unit and ejection unit can be aligned in practically any direction relative to each other, thanks to two rotation axes integrated in the unit.

Warning!

- Observe all safety instructions, usage prohibitions and restrictions on use.
- Wear protective clothing, safety glasses and protective gloves.

6.7 Gerät zum Flaschenetikett ausrichten

- Gerät in gewünschte Position zur Flaschenbeschriftung drehen.
- Das Gerät darf nicht direkt am rechten Anschlag der Drehachse positioniert sein (Demontageposition, siehe Punkt 12.2).

6.7 Bottle label aligning unit

- Turning the unit into the desired position relative to the bottle label.
- The unit should not be positioned directly at the right-hand stop of the rotation axis (see point 12.2 for dismantling position).

6.8 Akku Einbau (optional)

Für den Einbau des Akkupacks muss die Bedieneinheit geöffnet werden. Bevor mit dem Einbau begonnen werden darf, müssen alle Kabel von der Bedieneinheit entfernt werden. Danach sind die 4 Schrauben auf der Rückseite der Bedieneinheit zu lösen (Kreuzschlitz PZ1).

Die Bedieneinheit ist dann wieder auf die Füße zu stellen. Nach der Abnahme des Deckels muss die Elektronik einheit über den oberen Rand des Gehäuses weggekippt werden, hierbei ist auf die Kabelführung zu achten. Der Akkupack wird nun mit Hilfe der beiliegenden doppelseitigen Klebänder in der Mitte des Gehäusebodens fixiert.

Hierbei muss beachtet werden, dass die Anschlusskabel des Akkus in der rechten oberen Ecke sitzen.

Der Anschlussstecker des Akkus ist auf dem entsprechenden Anschluss der Elektronikplatine einzustecken.

Danach kann die Elektronikplatine wieder auf ihren Sockel gesetzt, der Deckel aufgesetzt und die Schrauben wieder handfest angezogen werden. Auch hierbei ist auf die Kabelführung zu achten.

6.8 Battery installation (optional)

The control unit should be opened to facilitate installation of the battery pack. All cables should be removed from the control unit prior to commencing battery installation. All 4 screws at the rear of the control unit should then be loosened (Phillips screw PZ1).

The control unit should then be rested on its feet again. The electronic should be tilted away over the upper edge of the housing after removing the cover. Attention should be paid to the wiring during this. The battery pack is then fixed in the centre of the housing floor with the assistance of the double-sided adhesive tapes provided.

Ensure that the connection cables for the battery are in the upper right-hand corner during this.

The battery connection plug should be connected to the respective connection on the PCB.

The PCB can then be positioned on its base, the cover replaced and screws hand-tightened again. Attention should once more be paid to the wiring during this.

6.9 Akku laden (optional)

Grundsätzlich ist das Gerät über Netzbetrieb sofort einsatzbereit. Für den optionalen Akkubetrieb muss der Akku vor der ersten Inbetriebnahme geladen werden:

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird der Akku, unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, geladen.

Der Ladevorgang wird über die Akkuanzeige im Display, beziehungsweise bei ausgeschaltetem Gerät durch Blinken einer roten LED am Displaymodul angezeigt. Ist der Akku voll, wird der Ladevorgang automatisch beendet (der Akku kann nicht überladen werden!) und es blinkt eine grüne LED am Displaymodul. Das Gerät ist auch während des Ladevorgangs betriebsbereit.

Sobald die Akkukapazität nicht mehr ausreicht um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, erscheint eine Warnmeldung im Display. Eine Weiterarbeit ist dann erst nach dem Anschließen des Netzteils möglich.

6.9 Battery charging (optional)

The unit is, in principle, ready for immediate use when connected to the mains power supply. However, the battery should be charged prior to initial commissioning if operation with the battery option is chosen.


The battery is charged when the power supply unit is connected, regardless of whether the unit is activated or deactivated.

Charging is indicated by the battery indicator on the display and by the flashing red LED on the display module if the unit is switched off. Charging is terminated automatically when the battery is fully charged (battery overloading is impossible!) and a green LED flashes on the display module. The unit is also ready for operation during battery charging.

A warning message appears on the display when the battery capacity is no longer adequate to ensure correct operation. Work may only be continued in this case after the power supply unit is connected.

6.9 Akku laden (optional)

Akku	75 - 100 %
Akku	50 - 75 %
Akku	25 - 50 %
Akku	12 - 25 %
Akku	< 12 %



6.9 Battery charging (optional)

Battery	75 - 100 %
Battery	50 - 75 %
Battery	25 - 50 %
Battery	12 - 25 %
Battery	< 12 %

Achtung:


Das Gerät darf nur mit dem Original-Netzteil betrieben werden. Die Netzspannung muss mit der auf dem Netzteil angegebenen Spannung übereinstimmen! (Max. Abweichung $\pm 10\%$).

Warning:

The unit should only be operated with the original power supply unit. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the power supply unit! (Max. deviation $\pm 10\%$).

7. Arbeitsbeginn

Basisgerät und Bedieneinheit mit dem beigelegten Kabel verbinden (blauer 5-poliger Stecker und Buchse).









7. Start of work

Connect the basic unit and control unit with the cable provided (blue 5-pole connector and socket).

Stromversorgung durch anschließen des Netzteils (optional Akku) sicherstellen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.






Establish the power supply by connecting the power supply unit (or, optionally, the battery pack). The unit is now ready for operation.

7.1 Symbolübersicht

Abbrechen Abort	
Befüllen Filling	
Clear Clear	
Schnelltitration Rapid titration	
Entlüften Venting	
OK OK	

In bestimmten Arbeitszuständen, insbesondere wenn gerade ein Vorgang (Titrieren, Entlüften usw.) abläuft, können nicht alle Tasten bedient werden. Diese werden dann vorübergehend inaktiv gesetzt. Inaktive Tasten werden mit einem grauen Symbolrahmen dargestellt.

7.1 Overview of symbols

	Menü Menu
	Ausstoßgeschwindigkeit Ejection speed
	Ansauggeschwindigkeit Suctioning speed
	STOP STOP
	Tropfentitration Droplet titration

Not all buttons can be used when certain operating conditions prevail, particularly if a process (titration, venting, etc.) is currently active. These are then temporarily deactivated. Inactive buttons are illustrated with a grey symbol margin.


7.2 Gerät ein-/ausschalten

Durch ca. 2 s langes Drücken auf den Touchscreen wird das Gerät in Betrieb genommen. Es erscheint nun folgender Bildschirm:



7.2 Activating/deactivating the unit

The unit is activated by pressing the touch screen for approx. 2 s. The following screen then appears:

Um das Gerät auszuschalten, das Menü  aufrufen, den Menüpunkt „Off“ auswählen.

Mit  bestätigen.

- Wird das Gerät nur über den optionalen Akku mit Strom versorgt, schaltet es nach 5 Minuten ohne Bedieneingabe oder aktivem Vorgang automatisch aus.
- Es bleiben sowohl beim Ausschalten über die „Off“-Taste als auch beim automatischen Ausschalten alle Benutzereinstellungen erhalten, so dass durch erneutes Drücken des Touchscreens sofort weiter gearbeitet werden kann.

To switch off the unit, activate the menu , and select the “Off” menu item.

Acknowledge with .

- If the unit is only supplied with power via the optional battery, it deactivates automatically after 5 minutes in the absence of entries by the user or if no process is currently active.
- All user configurations are retained if the unit is deactivated automatically or with the “Off” button, so that work can be continued immediately by pressing the touch screen again.

Achtung!

- Sicherheitsvorschriften einhalten (siehe Punkt 1)!
 - Einsatzverbote und Einsatzbeschränkungen beachten (siehe Punkt 4 und 5).
 - Gerät nur so bedienen, dass Ausstoßeinheit stets vom Bediener und anderen Personen abgewandt ist. Hierzu die Ausstoßeinheit mit Ventilblock wahlweise nach rechts oder links vom Körper wegpositionieren.
-

Warning!

- Safety instructions must be observed (see point 1)!
 - Usage prohibitions and restrictions of use must be observed (see point 4 and 5).
 - The unit should only be utilised with the ejection unit turned away from the user and other persons. The ejection unit and valve block should be positioned turned away to the left or right of the body for this purpose.
-

7.3 LED Status

Basiseinheit	
LED blinkt grün	Gerät betriebsbereit
LED blinkt rot	Störung (siehe Punkt 16)

Bedieneinheit	
LED blinkt grün	Netzteil eingesteckt, bzw. Netzteil eingesteckt und Akku vollständig geladen (nur bei ausgeschaltetem Gerät)
LED blinkt rot	Akku wird geladen (nur bei ausgeschaltetem Gerät)

7.4 Wahl der Dezimalstellen (10 ml)

Als Ergänzung zu den Gerätevarianten 50 und 20 ml können durch die 10 ml Variante kleinere Geschwindigkeiten und höhere Genauigkeiten realisiert werden.

7.3 LED status

Basic unit	
LED flashes green	Unit ready for operation
LED flashes red	Error (see point 16)

Control unit	
LED flashes green	Power supply unit plugged in or power supply unit plugged in and battery fully charged (only when the unit is deactivated)
LED flashes red	Battery charging (only when the unit is deactivated)

7.4 Modification of decimal places (10 ml)

In addition to the 50 ml and 20 ml unit the 10 ml unit allows slower velocities and greater accuracy to be achieved.



7.4.1 Dezimalstellen der Volumenanzeige ändern

Beim 10 ml Gerät kann die Anzeige des Volumens mit wahlweise 2 oder 3 Dezimalstellen erfolgen.

Um die Anzahl der Dezimalstellen umzustellen, das Menü  aufrufen und die Taste  betätigen.

Es wird danach direkt der Hauptbildschirm mit der geänderten Einstellung angezeigt. Beim Wechsel von 3 zu 2 Dezimalstellen wird die 3. Stelle abgeschnitten.

7.4.1 Modify displayed decimal places

The volume for the 10 ml unit can be displayed to either 2 or 3 decimal places. To switch from one to the other call up the menu  and press the button .

The main display with the changed setting will then appear. When switching from 3 decimal places to 2 places the third place will be cut off.


7.5 Verschlussklappe abnehmen

- Auffanggefäß unter Ausstoßeinheit stellen.
- Verschlussklappe, wie in der Abbildung gezeigt, abziehen. **Achtung: Dabei kann Reagenz heraustropfen!**
- Verschlussklappe entsprechend der Abbildung nach hinten schieben. Während des Arbeitens kann die Verschlussklappe in der Aufbewahrungsposition verbleiben.

7.5 Closure cap removal




- Position a collecting vessel under the ejection unit.
- Pull of the closure cap as shown in the illustration. **Warning: reagent can drop out during this operation!**



- Push the closure cap to the rear as shown in the illustration. The closure cap can remain in the retention position while work is being realized.


7.6 Entlüften des Gerätes

Bei sichtbarer Luftblasenbildung im Zylinder-
raum z. B. nach Aufschrauben auf ein neues
Vorratsgefäß und dann erfolgtem Befüllen,
ist der Rückführhebel auf „Rückführen“
(Spitze des Rückführhebels zeigt nach hinten)
zu stellen.



Die Automatische Entlüftung des Gerätes erfolgt über das
Symbol „Entlüften“ im Hauptfenster.




Nach dem Drücken auf das Symbol wird 1 ml angesaugt
und der Kolben entleert. Danach wird 40% des Nennvolumens
angesaugt und wieder abgegeben. Beim Entlüften wird das
Symbol „Entlüften“ zu einem „STOP“-Symbol. Durch das
Drücken des „STOP“-Symbols  kann der Entlüftungsvor-
gang abgebrochen werden.

Wurde das Gerät nach der letzten Benutzung ordnungs-
gemäß ausgeschaltet und die Bedieneinheit nicht von der
Basiseinheit getrennt, ist ein Entlüften nach dem Einschalten
nicht zwangsläufig nötig, aber empfehlenswert.

7.6 Venting the unit


The recirculation lever should be positioned at
recirculation (the tip of the recirculation lever
points backwards) if air bubbles visibly form in
the cylinder chamber (e. g. after screwing onto
a new storage vessel and subsequent filling).

The unit is then automatically vented using the “Venting”
symbol in the main window.

1 ml is suctioned and the cylinder drained when the
symbol is pressed. 40% of the nominal volume is then
suctioned and dispensed again. Then “Venting” symbol
is converted into a “STOP”  symbol during venting.
The venting process can be interrupted by pressing the
“STOP” symbol.

Venting is not compulsory if the unit was correctly deacti-
vated after its last use and the control unit not detached
from the basic unit. However, venting is recommended in
this case.


7.6 Entlüften des Gerätes

In machen Fällen ist es zwingend, beim Einschalten des Systems zuerst eine Entlüftung durchzuführen. Dies zeigt sich dadurch, dass dann nur die „Entlüften“- und die „Menü“  Taste aktiv sind.

8. Titrieren

Beim Titrationsvorgang wird das Volumen, welches durch die verschiedenen Funktionen abgegeben wird, laufend addiert. Beim Erreichen des Titrationsendpunktes kann dieser Wert im Display abgelesen werden.


7.6 Venting the unit

It is imperative in some cases that venting will be realized first when activating the system. This is indicated in that only the “Venting” and “Menu”  buttons are then active.

8. Titration

During titration, the volume dispensed through the different functions is continually added. This value can be viewed on the display when the titration end point is reached.


8.1 Befüllen

- Bei einem Druck auf das Symbol „Befüllen“  im Hauptfenster wird der Glaszylinder mit dem Nennvolumen von 10, bzw. 20 oder 50 ml gefüllt.
- Es besteht auch die Möglichkeit, ein beliebiges Volumen in den Zylinder zu füllen. Dafür wird vor dem Füllen im Hauptfenster das anzusaugende Volumen eingestellt.



Volumen			
12.50 ml			
Min: 0.00			
Max: 500.00			
7	8	9	0
4	5	6	.
1	2	3	DEL

8.1 Filling

- Pressing the “Filling” symbol  in the main window fills the glass cylinder with the nominal volume of 10, 20, or 50 ml.
- It is possible to fill the cylinder with a randomly-selected volume. The volume to be suctioned is configured in the main window prior to filling for the purpose.

Alle Menüs sind nach dem selben Schema aufgebaut:

- Beim Drücken auf die Volumenanzeige öffnet sich ein Eingabefeld. Der momentane Wert befindet sich unmittelbar darunter. Daneben stehen Vorgaben über den Minimal- und Maximalwert, welche nicht über- bzw. unterschritten werden dürfen.
- Die Eingabe des neuen Wertes erfolgt über die Ziffernfolge, falsche Eingaben können über das Feld „DEL“ korrigiert werden.

All menus are laid out with the same schematic:

- An input field opens when the volume indication is pressed. The current value is shown immediately beneath. The minimum and maximum value are displayed adjacent to this, and these values should not be exceeded or undershot.
- Inputting of the new value is realized via the numerical sequences, and incorrect entries can be corrected with the “DEL” field.

8.1 Befüllen

- Beim Drücken auf den Symbol „OK“ ✓ wird der neue Wert übernommen, sofern dieser gültig ist. Im Falle eines ungültigen Wertes bitte die Min.- und Max.-Werte berücksichtigen.
- Beim Drücken auf das Symbol „Abbrechen“ ↶ wird der neue Wert verworfen und das Hauptfenster öffnet sich.

Wurde die Eingabe mit „OK“ ✓ bestätigt erscheint das nun eingestellte Volumen mit einem „*“ als Indikator rechts neben der Anzeige. Dieser Indikator zeigt an, dass aktuell nicht das Titrervolumen sondern ein Vorwahlvolumen im Display steht. Über das Symbol „Befüllen“ ⬆️ im Hauptfenster wird der Zylinder mit den Vorwahlvolumen befüllt.





8.1 Filling

- The new value is imported by pressing the “OK” ✓ symbol, provided it is valid. Please note the min. and max. values in the case of an invalid value.
- The new value is rejected by pressing the “Abort” ↶ symbol and the main window opens.

If the entry is acknowledged with “OK” ✓, the volume now configured is displayed with an “*” as indicator to the right of the display. This indicator illustrates that not the titration volume, but rather the preselected volume is currently shown on the display. The cylinder is filled with the preselected volume using the “Filling” ⬆️ symbol in the main window.





8.2 Einstellen der Ansaug- bzw. Ausstoßgeschwindigkeit

Es ist möglich, die Ansaug- und Ausstoßgeschwindigkeit unabhängig voneinander einzustellen. Die aktuellen Werte in (ml/s) werden im Hauptbildschirm rechts neben den entsprechenden Symbolen dargestellt. Die eingestellten Geschwindigkeiten können je nach Umgebungs- und Einsatzbedingungen leicht variieren.




- Beim Drücken auf das Symbol für den Ansaug-  bzw. für die Ausstoßgeschwindigkeit  öffnet sich ein Eingabefeld, in welchem oben der Parameter angezeigt wird. Der momentane Wert befindet sich unmittelbar darunter. Daneben stehen Vorgaben über den Minimal- und Maximalwerte, welche nicht über- bzw. unterschritten werden dürfen.
- Die Eingabe des neuen Wertes erfolgt über die Ziffernfolge, falsche Eingaben können über das Feld „DEL“ korrigiert werden.
- Beim Drücken auf „OK“  wird der neue Wert übernommen, sofern dieser gültig ist. Im Falle eines ungültigen Wertes bitte die Min.- und Max.-Werte berücksichtigen.
- Beim Drücken auf „Abbrechen“  wird der neue Wert verworfen und das Hauptfenster öffnet sich.

8.2 Configuring the suctioning and ejection speed




It is possible to configure the suctioning and ejection speed independently of each other. The current values are illustrated in (ml/s) on the right of the main screen beside the respective symbols. The speeds configured can vary slightly depending on the ambient and operating conditions.

- An input field is opened in which the parameter is shown at the top when the symbol for the suctioning speed  and ejection speed  is pressed. The current value is shown immediately beneath. Details of the minimum and maximum value are displayed adjacent to this, and these values should not be exceeded or undershot.
- Inputting of the new value is realized via the numerical sequencs, and incorrect entries can be corrected with the “DEL” field.
- The new value is imported by pressing the “OK”  symbole, provided it is valid. Please note the min. and max. values in the case of an invalid value.
- The new value is rejected by pressing the “Abort”  symbol and the main window opens.

8.3 Schnelltitration

- Schnelltitration ohne Volumenvorwahl: Durch Drücken des Symbols  wird Titriervolumen abgegeben. Der aktuell ausgegebene Volumenwert wird in der Volumenzeile angezeigt. Nach dem Loslassen der Taste wird der Vorgang sofort gestoppt.
- Schnelltitration mit Volumenvorwahl: Ein zuvor über die Ziffernfolge eingegebenes Volumen wird nach dem Drücken der Taste Schnelltitration  abgegeben. Das Volumen wird hier wie im Punkt 8.1 beschrieben eingestellt.
- Wurde die Eingabe mit „OK“  bestätigt, erscheint das nun eingesetzte Volumen mit einem „*“ als Indikator rechts neben der Anzeige. Dieser Indikator zeigt an, dass aktuell nicht das Titriervolumen sondern ein Vorwahlvolumen im Display steht.

8.3 Rapid titration

- Rapid titration without volume preselection: The titration volume is dispensed by pressing the symbol . The volume value currently dispensed is indicated in the volume line. The process is stopped immediately if the button is released.
- Rapid titration with volume preselection: A volume previously entered via the numerical sequence is dispensed after the rapid titration  button is pressed. The volume is configured here as described in point 8.1.
- If the entry is acknowledged with “OK” , the volume now configured is displayed with an “*“ as indicator to the right of the display. This indicator illustrates that not the titration volume, but rather the preselected volume is currently shown on the display.

Hinweis

System bringt automatisch die letzten 10% des Vorwahlvolumens tropfenweise aus. Nach Beenden wird der abgegebene Wert in der Volumenzeile angezeigt.




Wichtiger Anwendungsvorteil:

Über die STOP-Taste  kann während des Titriervorgangs mit Volumenvorwahl die laufende Volumenabgabe sofort gestoppt werden. In der Volumenzeile erscheint der abgegebene Volumenwert. Selbstverständlich ist ein Weiterarbeiten mit der Taste „Schnelltitration“  oder „Tropfentitration“  jederzeit möglich.


Note

The system automatically generates the last 10% of the preselected volume in droplets. The value dispensed is displayed in the volume line on completion.


Important user advantage:

The STOP button  can be used during titration with a preselected volume to stop the current volume dispensing immediately. The volume value dispensed is shown in the volume line. Further working is, of course, possible with the “Rapid titration”  or “Droplet titration” button  at any time.


8.4 Tropfentitration

Bei Drücken auf das Symbol „Tropfentitration“  im Hauptfenster wird tropfenweise Volumen abgegeben. Bei längerem Halten der Taste wird die Tropfenabgabe beschleunigt. In der Volumenanzeige kann ständig die schon angegebene Titriermenge abgelesen werden. Die kleinste angezeigte Titriermenge beträgt 0,01 ml. Nach dem Loslassen der Taste wird der Vorgang sofort gestoppt.


Hinweis

Es ist sinnvoll, vor Erreichen des Farbumschlages auf die Tropfentitration  zu wechseln, um kein „Übertitrieren“ hervorzurufen.

8.4 Droplet titration

Pressing the “Droplet titration”  symbol in the main window dispenses the volume in droplets. Droplet dispensing is accelerated if the button is held for a longer period. The titration volume already dispensed can be read continually on the volume display. The smallest titration volume indicated is 0.01 ml. The process is stopped immediately if the button is released.


Note

It is sensible to change to droplet titration  before the colour change is reached to avoid any excessive titration.

Hinweis

Wenn die noch im Glaszylinder befindliche Flüssigkeit nicht für das eingegebene Volumen ausreicht, wird der Zylinder automatisch wieder gefüllt. Mittels der vorhandenen Additionsfunktion wird immer das schon ausgegebene Volumen weiter aufaddiert.


8.5 Clear

Nach dem Drücken auf „CLEAR“  stellt sich die Anzeige für das abgegebene Volumen in Ausgangsstellung (0,000 ml) zurück. Somit kann ein neuer Titrationsvorgang gestartet werden, ohne dass der Zylinder vorher entleert oder frisch befüllt werden muss.

Note

If the liquid still contained in the glass cylinder is not adequate for the configured volume, the cylinder is automatically refilled. The available addition function continually adds the volume already dispensed further.

8.5 Clear

After pressing “CLEAR” , the display for the volume dispensed is reset to the start setting (0.000 ml). A new titration procedure can thus be started without previously emptying or refilling the cylinder anew.

9. Sonderfunktionen

Aufzurufen über die „Menü“  Taste.

9.1 Hauptbildschirm

Über die Taste „Werkeinstellungen“ wird das Gerät in den Werkszustand gesetzt. Alle benutzerspezifischen Einstellungen werden gelöscht. Das Rücksetzen kann in der darauf folgenden Meldung bestätigt oder abgebrochen werden. Über den Menüpunkt „Haupt“ kommt man zurück zum Hauptbildschirm.



9. Special functions

These can be activated with the “Menu”  button.

9.1 Main screen

The unit is set to default mode by pressing the “Default settings” button. All user-specified settings are deleted. Resetting can be acknowledged or interrupted in the subsequent message. You can return to the main screen via the “Main” menu item.

9.2 Sprachwahl

Der Anwender hat die Möglichkeit, zwischen vier Display-Sprachen zu wählen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Spanisch

Die Einstellung der Displaysprache erfolgt im Untermenü „Sprache“.

Nach dem Drücken auf eines der Sprachfelder übernimmt das Gerät die neue Sprache.

9.3 Quick-Cal

Das Gerät ist werkseitig für eine Bezugstemperatur von 20°C unter Berücksichtigung des kubischen Wärmeausdehnungskoeffizienten für Borosilikatglas (DIN ISO 4787) auf Ablauf justiert (EX 20°C). Für die Justierung wird Wasser der „Qualität 3“ nach DIN ISO 3696 verwendet.

9.2 Language selection



The user can choose from four different display languages:

- German
- English
- French
- Spanish

Configuration of the display language is realized in the “Language” submenu.

The unit imports the new language after one of the language fields is pressed.

9.3 Quick-Cal

The unit is configured by the manufacturer for a reference temperature of 20°C, taking the cubic thermal expansion coefficient for borosilicate glass (DIN ISO 4787) into consideration (EX 20°C). Quality 3 water is used for this adjustment, conforming to DIN ISO 3696.

Die Kundenkalibrierung erlaubt dem Anwender, selbst sein Gerät auf jeden speziellen Anwendungsfall exakt zu kalibrieren. Hierzu werden 10 ml, 20 ml bzw. 50 ml (je nach Gerät) des Mediums titriert, anschließend auf einer ausreichend genauen Waage verwogen und unter Berücksichtigung der Dichte das tatsächliche Volumen errechnet. Im Untermenü „CAL“ kann das tatsächliche Volumen nun eingegeben werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Kundenkalibrierwert höchstens 10% vom Nennvolumen abweichen darf (bei zu hoher Abweichung erfolgt eine Fehlermeldung). Nach erfolgreicher Aktivierung des Kundenkalibrierwertes durch Drücken der Taste „CAL“ wechselt die rechte Anzeige auf „ON“ und auch im Hauptfenster erscheint neben dem Volumen der Hinweis „CAL“. Das Gerät korrigiert nun automatisch jedes zu dosierende Volumen anhand der vorgenommenen Kalibrierung. Durch erneutes Drücken der „CAL“-Taste kann der Kundenkalibrierwert auch wieder deaktiviert werden, das Gerät arbeitet nun wieder mit der Werkseinstellung. Der einmal eingegebene Kalibrierwert bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten und kann jederzeit aktiviert werden.






Customer calibration enables the user to calibrate his unit himself to exactly suit a special application case. 10 ml, 20 ml or 50 ml (depending on the unit) of the medium is dispensed for this purpose and then weighed on an adequately-accurate scale, with actual volume being calculated taking the density into consideration. The actual volume can now be entered in the

“CAL” submenu. It is important to note here that the value calibrated by the customer should not deviate more than 10% from the nominal value (an error message is generated if the deviation is too high). After successful activation of the value calibrated by the customer by pressing the “CAL” button, the right-hand display changes to “ON”, and the “CAL” indication also appears in the main window adjacent to the volume. The unit now automatically corrects each volume to be dispensed on the basis of the calibration realized. The value calibrated by the customer can also be deactivated again pressing the “CAL” button again, and the unit now continues working with the default setting. The calibration value entered once is retained after the unit is switched off and can be activated or deactivated at any time.


9.4 PIN Schutzfunktion

Alle Geräte sind mit einer Funktion zur Zugangsbeschränkung ausgestattet. Über die Abfrage einer PIN beim Einschalten des Gerätes kann wahlweise das komplette Gerät oder nur bestimmte Einstellungen vor einer unberechtigten Bedienung geschützt werden. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion deaktiviert.

9.4.1 PIN Schutz aktivieren

Um den PIN Schutz zu aktivieren, das Menü  aufrufen und die Taste „Administrator PIN“  aufrufen. Im erscheinenden Menü kann nur eine vierstellige PIN eingegeben und mit „OK“  bestätigt werden.




Beim nächsten Einschalten des Gerätes erscheint nun derselbe Bildschirm. Wenn die PIN korrekt eingegeben und mit OK bestätigt wird, kann das Gerät wieder in vollem Funktionsumfang genutzt werden. Ohne die Eingabe der korrekten PIN kann das Gerät nicht mehr genutzt werden.



9.4 PIN Protection

All units are provided with a function to restrict user access. If entry of a PIN is required after turning the unit on then this PIN can either prevent the entire unit from being used, or prevent settings from being changed by unauthorized persons. This function is deactivated in the factory setting.

9.4.1 Activate PIN protection


To activate the PIN protection, select the menu  and then press the button “Administrator PIN” . A four-digit PIN can now be entered and confirmed by pressing the  button.

The next time the unit is switched on the same display will appear. If the PIN is entered correctly and confirmed by pressing the tick button then the unit can be used and all functions will be available. If the correct PIN is not entered then it will not be possible to operate the unit.

9.4.2 PIN Schutz deaktivieren

Um einen bereits eingerichteten PIN Schutz zu deaktivieren, die Taste Administrator PIN aufrufen. Im erscheinenden Menü muss als Zifferncode viermal Null „0000“ eingegeben und mit „OK“ bestätigt werden. Die Funktion ist dadurch wieder komplett deaktiviert.


9.4.3 Eingeschränkte Benutzer PIN aktivieren

Sobald eine Administrator PIN vergeben wurde, kann zusätzlich noch eine Benutzer-PIN über die Taste  vergeben werden. Jeder, der sich beim Einschalten des Gerätes über diese PIN anmeldet, hat nur einen eingeschränkten Zugriff auf das Gerät.

9.4.2 Deactivation of the PIN

If the unit protected through a PIN then this may be deactivated using the Administrator PIN button. The code “0000” is then entered and confirmed by pressing the “OK” button. This fully deactivates the PIN protection.

9.4.3 Activation of restricted user PIN

Once an Administrator PIN has been assigned an User PIN can be additionally assigned through the button . Anyone who enters this PIN when using the unit will only be able to access limited functions.

9.4.3 Eingeschränkte Benutzer PIN aktivieren

Beim Titrierer können nur noch diese Funktionen bedient werden:

- Schnelltitration
- Tropfentitration
- Clear
- Befüllen
- Volumeneinstellung
- Entlüften
- Menü → Gerät ausschalten
- Menü → Info

Wurde als Administrator PIN und als Benutzer PIN dieselbe vergeben, reagiert das Gerät, als ob keine Benutzer PIN vergeben wurde.

9.4.3 Activation of restricted user PIN

Only the following functions can be accessed for the titration unit:

- Rapid titration
- Dropwise titration
- Clear
- Fill
- Adjust volume
- Venting
- Menu → Switch off
- Menu → Info

If the Administrator PIN and User PIN are the same then the unit will react as if no User PIN has been assigned.

9.4.4 Eingeschränkten Benutzermodus deaktivieren

Um eine bereits eingerichtete Benutzer PIN zu deaktivieren, die Taste Benutzer PIN aufrufen. Im erscheinenden Menü muss als Zifferncode viermal Null „0000“ eingegeben und mit „OK“ bestätigt werden. Die Funktion ist dadurch wieder komplett deaktiviert. Wird wie unter Punkt 9.4.2 beschrieben die Administrator PIN gelöscht, wird auch automatisch die Benutzer PIN mitgelöscht.

9.4.5 PIN vergessen

Wenn die Benutzer PIN vergessen wurde, kann man sich beim Einschalten über die Administrator PIN anmelden und dann über die Taste Benutzer PIN eine neue PIN festlegen. Wurde die Administrator PIN vergessen, kann die in den Gehäuseboden der Bedieneinheit eingeprägt Seriennummer an Hirschmann Laborgeräte z. B.: über info@hirschmannlab.de mitgeteilt werden. Eine neue PIN zur Freischaltung wird Ihnen dann mitgeteilt.

9.4.4 Deactivation of restricted user mode

To deactivate an User PIN already assigned the User PIN button is pressed. It is then necessary to enter the code „0000“ in the display and confirm this. This will fully deactivate the restriction. If the administrator PIN is deactivated as described at point 9.4.2 above then the User PIN will be automatically removed as well!

9.4.5 If the PIN is forgotten

If the User PIN has been forgotten then the user can log in using the Administrator PIN and a new PIN can be entered using the User PIN Button. If the Administrator PIN has been forgotten then it is necessary to send the serial number of the dispenser stamped on its base to Hirschmann Laborgeräte, for instance by emailing it to info@hirschmannlab.com. A new PIN will then be sent to you.

9.5 Methode speichern

Es ist möglich, im Gerät alle Einstellungen über Volumen (bzw. Teilvolumen), aktueller Kundenkalibrierwert, aktiver oder inaktiver Kundenkalibrierwert, Ansaug- und Ausstoßgeschwindigkeit als eine Methode zu speichern. Hierfür stehen 9 Speicherplätze zur Verfügung.

Um eine Methode abzuspeichern, im Untermenü „Methode“ auf „Methode speichern“ drücken. Es erscheint ein Ziffernfeld, in welchem man einen Speicherplatz (1-9) auswählen kann, in dem die Methode gespeichert werden soll. Bereits belegte Speicherplätze werden durch rote Ziffern dargestellt, können aber trotzdem überschrieben werden. Der ausgewählte Speicherplatz erscheint über dem Ziffernfeld. Nach Drücken von „OK“ ✓ ist die Methode unter dem gewählten Platz gespeichert. Im Hauptfenster erscheint nun entsprechend der abgespeicherten Methode der Hinweis M1-9 links neben der Volumenanzeige.

9.5 Method saving

It is possible to save all settings relating to volumes (or partial volumes), current customer value calibration, active or inactive customer value calibration, suctioning and ejection speed as a method. Nine memory locations are available for this purpose.

Press “Save method” in the “Method” submenu to save a method. A numerical field appears in which you can select a memory location (1-9) in which the method should be saved. Memory locations which are already occupied are indicated with red numbers, but these can be written over. The memory location selected appears above the numerical field. After pressing “OK” ✓ the method is saved to the selected location. The indication M1-9 (depending on the saved method) now appears in the main window to the left of the volume indication.

9.6 Methode abrufen

Um eine gespeicherte Methode abzurufen, im Untermenü „Methode“ auf „Methode abrufen“ drücken. Es erscheint ein Ziffernfeld, in welchem die abzurufende Methode ausgewählt werden kann. Nicht belegte Speicherplätze sind grau unterlegt und können nicht ausgewählt werden. Mit einem Druck auf „OK“ ✓ wird die neue Methode übernommen und man gelangt zum Hauptfenster. Im Hauptfenster erscheint nun entsprechend der aufgerufenen Methode der Hinweis M1-9 links neben der Volumenanzeige.

Hinweis

Sobald nach dem Speichern oder Aufrufen einer Methode ein Wert verändert wurde, erlischt die Anzeige M1-9 wieder im Display, da nun nicht mehr noch der Methode gearbeitet wird. Die Methoden für eine 10, 20 und 50 ml Basiseinheit werden in einem separaten Speicherplatz in der Bedieneinheit abgespeichert. Somit hat jede Gerätevariante seine eigenen 9 Speicherplätze. Eine z. B. mit einem 20 ml Gerät gespeicherte Methode lässt sich nicht mit einem 50 ml Gerät aufrufen.

9.6 Activating the method

In order to activate a saved method, press “Activate method” in the “Method” submenu. A numerical field appears in which the method to be activated can be selected. Unoccupied memory locations have a grey background and cannot be selected. Pressing “OK” ✓ imports the new method and you change to the main window. The indication M1-9 now appears in the main window to the left of the volume indication.

Note

The M1-9 indication disappears on the display again as soon as a value has been changed after saving or activation of a method, as work is no longer realized according to this method. The same applies if work is realized alternately with a 10, 20 and 50 ml basic unit using the same control unit. This means that each unit type has its own 9 memory locations. For example, a method saved with a 20 ml unit cannot be activated with a 50 ml unit.

9.7 Taster

Durch den Anschluss von Zusatzgeräten können bestimmte Tasten des Hauptbildschirms von extern angesteuert werden. Folgende Geräte stehen hierbei z. Zt. zur Verfügung:

- Fußtaster
- Handtaster
- Zwei-Tasten-Maus
- Steuerkabel

Das Zusatzgerät wird an die Bedieneinheit des Geräts angeschlossen. Pro Bedieneinheit kann nur ein Zusatzgerät angeschlossen werden. Die Fuß- und Handtaster haben jeweils eine Tastenfunktion, die Maus und das Steuerkabel können mit 2 Tastenfunktionen belegt werden.

Zur Einrichtung dieser Funktion muss das Zusatzgerät zunächst an die dafür vorgesehene schwarze Schnittstelle an der Bedieneinheit angeschlossen werden. Dann im Untermenü „Taster“ auf die Schaltfläche „Taster 1“ bzw. „Taster 2“ drücken. Innerhalb dieser Schaltflächen ist aufgelistet, welches Zusatzgerät unter „Taster 1“ bzw. „Taster 2“ eingerichtet werden kann. Es öffnet sich ein weiteres Untermenü, in dem durch Drücken auf eines der Symbole die Funktion dem Taster zugeordnet werden kann.

9.7 Switches

The connection of additional devices enables external actuation of certain button on the main screen. The following devices are currently available for this purpose:

- Pedal switch
- Hand switch
- Mouse with two buttons
- Control cable

The auxiliary device is connected to the control unit. Only one auxiliary device can be connected to each control unit. The pedal and hand switch each have one button function, while the mouse and control cable can be configured with two button functions.

In order to configure this function, the auxiliary device should be first connected to the black interface provided on the control unit. Then press the “key 1” or “key 2” button in the “key” submenu. These buttons contain a list of file auxiliary devices that can be configured with the “key 1” or “key 2” buttons. A further submenu opens in which the function can be assigned to the button by pressing one of the symbols.

9.7 Taster

Die Auswahl erscheint nun mit einem roten Rahmen. Der Vorgang ist dann noch mit „OK“ ✓ zu bestätigen.

Beim Titrieren können folgende Funktionen zugeordnet werden:

- Schnelltitration
- Tropfentitration
- Clear
- Befüllen
- Entlüften

Sobald ein externes Gerät angeschlossen ist, kann die zugewiesene Tastenfunktion sowohl vom externen Gerät als auch vom Touchscreen aus, ausgelöst werden.

9.8 Info

Im Untermenü „Info“ können die Serien- und Revisionsnummern sowohl der Bedieneinheit als auch der Basiseinheit eingesehen werden.

9.7 Switches

The selection now appears with a red margin. The procedure should then be acknowledged with “OK” ✓.

The following functions can be assigned during titration:

- Rapid titration
- Droplet titration
- Clear
- Filling
- Venting

The assigned button function can be actuated from the external unit and the touch screen as soon as an external device is connected.

9.8 Info

Serial and revision numbers for both the control unit and basis unit can be viewed in the “Info” submenu.

10. Schnittstelle

Das Gerät kann über eine serielle bzw. USB-Schnittstelle vom PC aus bedient werden. Hierzu muss ein separat erhältliches Kabel an die rote Schnittstelle an der Rückseite der Bedieneinheit angeschlossen werden. Das entsprechende Schnittstellenprotokoll kann beim Hersteller angefragt werden.

11. Reinigen

Um eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu gewährleisten, muss es regelmäßig gereinigt werden.

In folgenden Fällen ist das Gerät zwingend zu reinigen:

- bei festsitzender Kolbeneinheit
- nach Titrieren von Reagenz, deren Einsatz beschränkt ist (siehe Punkt 4 und 5)
- vor Reagenzwechsel
- vor Sterilisation
- vor Austausch von Ansaug-, Ausstoß- oder Rückführventilen
- vor längerer Lagerung

10. Interface

The unit can be operated from a PC via a serial or USB interface. A separate cable is available for this purpose which should be connected to the red interface at the rear of the control unit. The respective interface protocol can be obtained from the manufacturer.

11. Cleaning

Your unit should be cleaned regularly to ensure a long service life.

Cleaning of the unit is imperative in the following cases:

- if the piston unit has seized
- after titration of reagents whose use is restricted (see point 4 and 5)
- prior to changing reagent
- prior to sterilisation
- prior to replacing suction, ejection or recirculation valves
- prior to longer storage periods

Achtung!




- Vor Reinigungsbeginn Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe anlegen.
 - Sicherheitsvorschriften (siehe Punkt 1) unbedingt beachten.
 - Ansaugschlauch, Ausstoßeinheit, Glaszylinder und Ventile sind mit Flüssigkeit gefüllt!
Alle Öffnungen weg von Körper/Person richten.
-

Warning!

- Put on protective clothing, safety glasses and protective gloves prior to commencing cleaning.
 - Safety instructions (see point 1) must be observed.
 - The suction hose, ejection unit glass cylinder and valves are filled with liquid! All openings should be turned away from the body/from other persons.
-

11.1 Wartung/Reinigung

- Titriervorgang beenden, Verschlusskappe aufstecken und Gerät ausschalten.
- Auf Vorratsflasche montiertes Gerät in Reinigungsbehälter stellen.
- Gerät mittels geeignetem Handschutz von Vorratsflasche abschrauben und herausnehmen (Ansaugschlauch ragt nicht mehr in die Flüssigkeit) **Achtung: Aus dem Ansaugschlauch kann Flüssigkeiten austreten!**
- Ausstoßeinheit über Öffnung Vorratsflasche halten.
- Verschlusskappe abziehen und nach hinten in Aufbewahrungsposition schieben.
- Gerät einschalten und Taste „Entlüften“ so oft drücken, bis keine Flüssigkeit mehr austritt.



11.1 Service/Cleaning

- Terminate titration, fit the closure cap and deactivate the unit.
- Place the unit mounted on a storage bottle into a cleaning container.
- Using suitable gloves, unscrew the unit from the storage bottle and remove (the suction hose no longer sticks into the liquid) **Warning: Liquid may emerge from the suction hose!**
- Hold the ejection unit over the storage bottle opening.
- Pull off the closure cap and push to the rear into the retention position.
- Activate the unit. Press “Venting” repeatedly until no more liquid emerges.


11.2 Grundreinigung mittels Funktion Entlüften

- Ansaugschlauch in geeignete Reinigungslösung eintauchen. Durch Drücken der Taste „Entlüften“ das Gerät komplett durchspülen.



Vorsicht:

- Restliche Flüssigkeit kann spritzen.
 - Stets vom Körper weg arbeiten.
-
- Ansaugschlauch aus Reinigungsmittel herausziehen und Schlauch und Gerät durch die Funktion „Entlüften“ vollständig leer spülen (bis keine Flüssigkeit mehr austritt).
 - Nachfolgende Teile vom Gerät abnehmen:
 - Ausstoßeinheit von dem Gerät abschrauben.
 - Rückführschlauch abziehen.
 - Überwurfmutter des Ansaugschlauches lösen und Ansaugschlauch abziehen. Diese Teile in eine geeignete Reinigungslösung legen.



11.2 Basic cleaning with the venting function


- Immerse the suction hose in a suitable cleaning solution. Press the “Venting” button to purge the unit completely.

Caution:

- Residual liquid may cause splashing.
 - Hold away from body at all times.
-
- Pull the suction hose out of the cleaning agent and purge the hose and unit with the “Venting” function until they are completely empty (until no more liquid emerges).
 - Remove the following components from the unit:
 - Unscrew the ejector unit from the unit.
 - Pull off the recirculation hose.
 - Release the union nut on the suction hose and pull off the suction hose. Immerse these components in a suitable cleaning solution.

11.3 Intensivreinigung

- Zuerst Reinigung gemäß Punkt 11.1 und 11.2 durchführen.
- Ventilblock, Zylinder und Kolben ausbauen.
- Geräteoberteil bis zum rechten Anschlag drehen (Punkt steht in Deckung mit rechter Kante der Beschriftung auf dem Chromring), danach 6 mm nach oben ziehen und bis zum Gegenanschlag nach links drehen. Wiederum nun Ventilblock mit Zylinder vom Geräteoberteil nach oben abziehen.



11.3 Intensive cleaning

- Clean first as described in point 11.1. and 11.2.
- Remove the valve block, cylinder and piston.
- Turn the upper part of the unit up to the right-hand stop (the point is aligned with the right-hand edge of the inscription on the chrome ring), then draw 6 mm upwards and turn to the left up to the left-hand stop. Now pull the valve block and cylinder upwards and away from the upper part of the unit.

Hinweis!


Gegebenenfalls kann der Kolben durch seitliches Schieben von der Spindel entfernt werden. Die Spindel wird hierzu mit einem Finger fixiert, mit der anderen Hand kann der Kolben durch zur Seite schieben von der Spindel abgekoppelt werden. Für den leichteren Zugang kann bei Bedarf auch das Sichtfenster heraus genommen werden.

Note!

The piston can be removed by pushing it sideways away from the spindle if necessary. The spindle is held in position with a finger for this purpose, and the piston can be pushed to the side by hand to disconnect it from the spindle. For greater ease of access, the inspection window can also be removed if necessary.

11.3 Intensivreinigung

Steht die Basiseinheit in der Reinigungsposition, kann die Spindel durch längeres Drücken und Halten der „Move“-Taste in der Meldung in der Bedieneinheit langsam bis zum unteren Anschlag gefahren werden, um die Kolbenmontage zu erleichtern. Steht die Spindel bereits ganz unten fährt diese durch längeres Drücken der Taste wieder leicht nach oben.




11.3 Intensive cleaning

If the basic unit is in the cleaning position, position mounting can be facilitated by moving the spindle slowly to the lower stop by pressing the "Move" button in the message on the control unit for a longer period of time. If the spindle is already in the lowermost position, it can be raised easily by pressing the button again for a longer period of time.

- Kolben auf Beschädigungen der Dichtlippen überprüfen (gegebenenfalls austauschen) und zu den unter Punkt 11.2 aufgelisteten Teilen in die Reinigungslösung legen.
- Zylinder mit Bürste und Reinigungslösung reinigen und mit Spüllösung nachspülen.
- Kolben, Ventilblock und Zylinder wieder einbauen.
- Kolben auf Spindel aufchieben.
- Geräteoberteil auf Ventilblock mit Zylinder aufstecken. Markierung auf Geräteoberteil mit linker Kante der Markierung auf dem Chromring zur Deckung bringen.
- Check the piston for damage to the seal lips (replace if necessary) and deposit in the cleaning solution with the components listed in point 11.2.
- Clean the cylinder with a brush and cleaning solution and rinse with a rinsing solution.
- Remount the piston, valve block and cylinder.
- Push the piston onto the spindle.
- Fit the upper part of the unit onto the valve block and cylinder. Align the marking on the upper part of the unit with the left-hand edge of the marking on the chrome ring.

11.3 Intensivreinigung

- Geräteoberteil 6 mm bis zum ersten Anschlag auf Ventilblock mit Zylinder einschieben und bis zum rechten Anschlag drehen, danach um weitere 6 mm zusammenschieben.
- Auslafeinheit jetzt in gewünschte Arbeitsposition bringen.
- Funktion des Gerätes prüfen.



11.3 Intensive cleaning

- Push the upper part of the unit 6 mm onto the valve block and cylinder up to the first stop and turn to the right-hand stop, pushing a further 6 mm together subsequent to this.
- Now turn the ejection unit to the desired position.
- Check the function of the unit.

Achtung!

Kolben vorsichtig in den Glaszylinder einstecken, da sonst die Dichtlippe beschädigt werden könnte. Dies hätte eine Undichtigkeit des Systems zur Folge!

Warning!

Insert the piston carefully into the glass cylinder, as the seal lip can otherwise be damaged. This will cause the system to leak!

12. Sterilisation

Die medienführenden Teile des Gerätes sind dampfsterilisierbar und beständig bis 121 °C bei einer Einwirkzeit nach DIN te = 20 min.

Achtung:

Nur folgende Teile dürfen dampfsterilisiert werden:

- Ventilblock mit Zylinder
 - Ansaugschlauch
 - Auslaufeinheit
 - Rückführschlauch
 - Kolben
-

Geräteoberteil, Bedieneinheit und Netzteil keinesfalls dampfsterilisieren! (siehe Einzelteilübersicht Punkt 2).

12. Sterilisation

The components in the unit conveying media are resistant to steam sterilisation up to 121 °C and an exposure time conforming to DIN te = 20 min.

Warning:

Only the following components should be steam sterilised:

- Valve block with cylinder
 - Suction hose
 - Ejection unit
 - Recirculation hose
 - Piston
-

The upper part of the unit, control unit and power supply unit should never be sterilised with steam!
(see point 2 for overview of individual components).

12.1 Vorbereitung

Vor Sterilisation Reinigung durchführen (siehe Punkt 11).

12.2 Demontage

Hinweis:

Die Demontage kann nur in Grundstellung (Kolbeneinheit steht ganz unten) erfolgen. Gerät darf nur im ausgeschalteten Zustand demontiert werden!

Neben den in Punkt 11.1 aufgeführten Teilen werden die anderen medienführenden Teile des Gerätes, wie in Punkt 11.2 beschrieben, demontiert und gereinigt.

12.1 Preparation

Cleaning should be realized prior to sterilisation (see point 11).

12.2 Dismantling




Note:

Dismantling can only be realized in the home position (the piston unit is in the lowest position). The unit should only be dismantled when deactivated!

In addition to the components listed in point 11.1. the other unit components conveying media described in point 11.2. are dismantled and cleaned.

12.3 Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventile lockern

- Ansaugschlauch demontieren.
- Ausstoßeinheit demontieren.
- Ansaugventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.
- Ausstoßventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.
- Rückführventil mit Montageschlüssel durch halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn lockern.




12.3 Loosening the suction, ejection and recirculation valve


- Disconnect the suction hose.
- Disconnect the ejection unit.
- Loosen the suction valve with the assembly wrench by turning it counterclockwise a half a revolution.
- Loosen the ejection valve with the assembly wrench by turning it counterclockwise a half a revolution.
- Loosen the recirculation valve with the assembly wrench by turning it counterclockwise a half a revolution.

12.3 Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil lockern


- Deckel seitlich greifen und abziehen.



- Mutter gegen den Uhrzeigersinn eine halbe Umdrehung öffnen und durch Druck auf die Mutter den Hahn lockern, Demontage des Kolbens.



- Kolben durch zur Seite schieben von der Spindel abkoppeln (siehe Punkt 11.3.)



12.3 Loosening the suction, ejection and recirculation valve


- Grasp the cover laterally and pull off.

- Open the nut in a counterclockwise direction by turning it half a revolution, and loosen the tap by applying pressure to the nut and dismantle the piston.

- Disconnect the piston from the spindle by pushing it to the side (see point 11.3).

Wichtig:

Vor der Sterilisation muss der Kolben in einer entsprechenden Lösung gereinigt werden. Dann Kolben so weit in den Glaszylinder einschieben, dass der Kolben leicht aus dem Glaszylinder herausragt.



Important:

The piston should be cleaned in a suitable solution prior to sterilisation. Then push the piston into the glass cylinder to a point where the piston protrudes slightly out of the glass cylinder.

Achtung!


Kolben vorsichtig in Glaszylinder einführen, da sonst die Dichtlippe beschädigt werden könnte. Dies hätte eine Undichtigkeit des Systems zur Folge!

Warning!

Insert the piston carefully into the glass cylinder, as the seal lip can otherwise be damaged. This will cause the system to leak!

12.4 Sterilisation durchführen

Dampfsterilisation aller medienführenden Teile durchführen (bis 121°C, Einwirkzeit nach DIN te = 20 min).



12.4 Sterilisation procedure

Realize steam sterilisation of all components conveying media (up to 121 °C, exposure time conforming to DIN te = 20 min).

Achtung!

- Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen und erst danach mit dem Zusammenbauen beginnen.
 - Alle Teile auf Beschädigung prüfen und ggf. austauschen.
-


Warning!

- Allow the unit to cool to room temperature and only then commence reassembly.
 - Check all components for damage and replace if necessary.
-

12.5 Montage

Kolben, Ventilblock und Zylinder wieder einbauen:

Geräteoberteil auf Ventilblock mit Zylinder aufstecken. Markierung auf Geräteoberteil mit linker Kante der Markierung auf den Chromring zur Deckung bringen. Geräteoberteil 6 mm bis zum ersten Anschlag auf Ventilblock mit Zylinder einschieben und bis um rechten Anschlag drehen, danach um weitere 6 mm zusammenschieben. Auslaufeinheit jetzt in gewünschte Arbeitsposition bringen.



12.5 Assembly

Remount the piston, valve block and cylinder:

Fit the upper part of the unit onto the valve and cylinder. Align the marking on the upper part of the unit with the left-hand edge of the marking on the chrome ring. Push the upper part of the unit 6 mm onto the valve block and cylinder up to the first stop, pushing a further 6 mm together subsequent to this. Now turn the ejection unit to the desired position.

Achtung!


Kolben vorsichtig in Glaszylinder einstecken, da sonst die Dichtlippe beschädigt werden könnte. Dies hätte eine Undichtigkeit des Systems zu Folge!

Warning!


Insert the piston carefully in the glass cylinder, as the seal lip can otherwise be damaged. This will cause the system to leak!

12.6 Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil festdrehen


- Ansaugventil mit Montageschlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen.



- Ausstoßventil mit Montageschlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen.



- Rückführventil mit Montageschlüssel im Uhrzeigersinn festdrehen.



12.6 Tightening the suction, ejection and recirculation valve


- Tighten the suction valve firmly with the assembly wrench by turning it in a clockwise direction.

- Tighten the ejection valve firmly with the assembly wrench by turning it in a clockwise direction.

- Tighten the recirculation valve firmly with the assembly wrench by turning it in a clockwise direction.

12.6 Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil festdrehen


- Mutter auf dem Ventilhahn im Uhrzeigersinn von Hand anziehen.



12.6 Tightening the suction, ejection and recirculation valve


- Tighten the nut on the valve tap by hand by turning it in a clockwise direction.

- Deckel aufstecken.




- Fit the cover.

12.7 Funktionsprüfung

- Gerät einschalten.
- Funktionsprüfung über Symbol „Entlüften“ . Entlüftungsfunktion muss erfolgen (auch ohne Flüssigkeit ausführbar).
- Bei Störungen bitte beim Problemlösungen nachsehen (siehe Punkt 16) oder an Hersteller wenden.

12.7 Function inspection


- Activate the unit.
- Function inspection with the “Venting” symbol . The venting function should be realized (can even be realized without liquid).
- Please check “Trouble-shooting” in case of malfunction (see point 16) or contact the manufacturer.

13. Ventile auswechseln

Undichte oder beschädigte Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventile sind sofort auszuwechseln (siehe „Zubehör und Ersatzteile“ Punkt 19).

13.1 Ansaugventil auswechseln

- Reinigung durchführen (siehe Punkt 11).
- Ansaugschlauch abschrauben.
- Gerät auf den Kopf stellen, damit Ventilkugel bei Austauschvorgang nicht herausfällt.
- Ansaugventil mit Montageschlüssel heraus-schrauben und die Ventilkugel herausnehmen.
- Kugel wieder einsetzen und neues Ansaugventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen.
- Ansaugschlauch bis zum Anschlag aufstecken und Überwurfmutter festdrehen (siehe Punkt 6.2).



13. Valve replacement



Leaking or damaged suction, ejection and recirculation valves should be replaced immediately (see “Accessories and spare parts” in point 19)

13.1 Suction valve replacement

- Realize cleaning (see point 11).
- Unscrew the suction hose.
- Stand the unit on its head to prevent the valve ball falling out during replacement.
- Unscrew the suction valve with the assembly wrench and remove the valve ball.
- Insert the ball again and screw on the new suction valve, tightening with the assembly wrench.
- Push on the suction hose up to the stop and tighten the union nut firmly (see point 6.2).

13.2 Ausstoßventil auswechseln

- Reinigung durchführen (siehe Punkt 11).
- Ausstoßeinheit abschrauben.
- Ausstoßventil mit Montageschlüssel herausschrauben und entfernen.
- Neues Ausstoßventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen.
- Ausstoßeinheit bis zum Anschlag aufstecken und Überwurfmutter gut festdrehen. Auf festen Sitz achten!



13.2 Ejection valve replacement

- Realize cleaning (see point 11).
- Unscrew the ejection unit.
- Screw out the ejection valve with the assembly wrench and remove.
- Screw in the new ejection valve and tighten firmly with the assembly wrench.
- Push on the ejection unit up to the stop and tighten the union nut firmly. Check to ensure a secure fitting!

13.3 Rückführventil auswechseln

- Rückführventil mit Montageschlüssel herausschrauben und entfernen.
- Neues Rückführventil einschrauben und mit Montageschlüssel festdrehen.

13.3 Recirculation valve replacement

- Unscrew the recirculation valve with the assembly wrench and remove.
- Screw in the new recirculation valve and tighten firmly with the assembly wrench.

14. Reparatur beim Hersteller

- Vor Einsendung eines defekten Gerätes, ist es vom Anwender sorgfältig zu reinigen (siehe Punkt 11).
- Geräte werden nur dann repariert, wenn diese vom Anwender gereinigt und mit keinerlei gesundheitsgefährdeten Stoffen kontaminiert sind.
- Ungereinigte Geräte gehen unrepariert an den Absender zurück!
- Aufgetretene Störung genau beschreiben.
- Verwendete Flüssigkeit angeben (wichtig!).
- Wurden andere, als die beschriebenen Eingriffe am Gerät durchgeführt (z. B. Gewaltanwendung), sind Garantieleistungen ausgeschlossen.

15. Volumenprüfung

Die unter Punkt 17 angegebenen Parameter für Richtigkeit (R%) und Variationskoeffizient (CV%) eines Gerätes können wie folgt geprüft werden:

14. Repair by manufacturer

- A defective unit should be cleaned carefully prior to sending for repair (see point 11).
- Units will only be repaired if they are cleaned by the user and are no longer contaminated with any substances which could pose a risk to health.
- Uncleaned units will be returned unrepaired to the sender!
- Describe the malfunction accurately.
- Specify the liquid used (important!).
- The guarantee is rendered null and void if the unit has been subject to intervention other than those described (e. g. application of force).

15. Volumetric inspection

The parameters specified in point 17 for the regularity (R%) and coefficient of variation (CV%) of a unit can be checked as follows:

1. Wiegevorgang (siehe z.B. DIN EN ISO 8655-6)

- Mit dem Gerät das Prüfvolumen (deionisiertes Wasser) abgegeben.
- Abgegebene Menge auf Analysenwaage wiegen.
- Umrechnen dieser Menge in Volumen.

Achtung: Temperatur, Luftdruck berücksichtigen.

2. Wiederholungswiegung

Um verlässliche Angaben zur Richtigkeit und Variationskoeffizient eines Gerätes zu erhalten, sollte der unter Punkt 1. beschriebene Wiegevorgang mindestens 5 mal wiederholt werden.

3. Berechnung von Richtigkeit und Variationskoeffizient

- Die Richtigkeit (R%) und der Variationskoeffizient (CV%) des Gerätes sind nach den Formeln der statistischen Qualitätskontrolle zu berechnen:

1. Weighing procedure (see for example DIN EN ISO 8655-6)

- Dispense the test volume with the unit (deionised water).
- Weigh the quantity dispensed on the analysis scale.
- Convert this quantity into volume.

Warning: consideration should be given to temperature and air pressure.

2. Repetitive weighing

The weighing procedure described in 1 should be repeated at least five times to obtain reliable details on the regularity and coefficient of variation of a unit.

3. Calculation the regularity and coefficient of variation

- The regularity (R%) and coefficient of variation (CV%) of the unit should be calculated on the basis of statistical quality control formulas:

Überführung der ermittelten Masse in Volumen

$$V = m \cdot Z$$

Mittelwertbildung

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{n}$$

Systematische Messabweichung (Richtigkeit R%)

$$R\% = \frac{100 \cdot \bar{V} - V_s}{V_o}$$

**Zufällige Messabweichung
(Variationskoeffizient CV%)**

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - \bar{V})^2}{n-1}}$$

$$CV\% = \frac{100 \cdot s}{\bar{V}} \times \frac{V_s}{V_o}$$

Conversion of the mass determined to volume

$$V = m \cdot Z$$

Mean value

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{n}$$

Systematic measuring deviation (regularity R%)

$$R\% = \frac{100 \cdot \bar{V} - V_s}{V_o}$$

**Random measuring deviation
(coefficient of variation CV%)**

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i - \bar{V})^2}{n-1}}$$

$$CV\% = \frac{100 \cdot s}{\bar{V}} \times \frac{V_s}{V_o}$$

Legende

m	=	erhaltener Wägewert in g
V	=	ermitteltes Volumen in ml
Z	=	Korrekturfaktor (z.B.: 1,0029 µl/mg bei 20 °C und 101,3 kPa 1,0040 µl/mg bei 25 °C und 101,3 kPa)

\bar{V}	=	Mittelwert Volumen
n	=	Anzahl der Messungen
V_s	=	Prüfvolumen
V_0	=	Nennvolumen
S	=	Standardabweichung

Diese Kurzanleitung stellt lediglich die prinzipielle Vorgehensweise und Berechnung zur Kalibrierung des Gerätes dar. Die exakte Vorgehensweise ist in der DIN EN ISO 8655 ausführlich dargestellt.

Legend

m	=	weighed value determined in g
V	=	volume determined in ml
Z	=	correction factor (e.g.: 1.0029 µl/mg at 20 °C and 101.3 kPa 1.0040 µl/mg at 25 °C and 101.3 kPa)

\bar{V}	=	mean volume value
n	=	number of measurement
V_s	=	test volume
V_0	=	nominal volume
S	=	standard deviation

This brief guide merely illustrates the principal procedure and calculation for calibrating the unit. The precise procedure is described in detail in DIN EN ISO 8655.

16. Problembehandlung

16.1 Meldungen

Befindet sich das Gerät in einem nicht betriebsbereiten Zustand, wird dieser durch die rot blinkende LED in der Basiseinheit dargestellt. Weiter zeigt die Bedieneinheit eine entsprechende Warnmeldung:

Meldungen	Grund	Lösung
Kolbenblockade, Basiseinheit überprüfen	<ul style="list-style-type: none">- Rückführhebel nicht am Anschlag- Ventile sind verstopft- Viskosität der Flüssigkeit zu hoch- Verschlusskappe ist nicht abgenommen	<ul style="list-style-type: none">- Rückführhebel ganz nach vorne oder hinten drehen.- Ventile reinigen oder austauschen.- Langsamere Geschwindigkeit wählen, Dosierspitze statt Titrierspitze verwenden.- Verschlusskappe abnehmen.
Gerät steht in Reinigungsposition, Ventilblock nicht eingebaut	<ul style="list-style-type: none">- Oberteil der Basiseinheit ist zum rechten Anschlag (Demontageposition) gedreht- Oberteil der Basiseinheit ist demontiert	<ul style="list-style-type: none">- Oberteil etwas nach links dehen.- Basiseinheit wieder zusammenbauen.

Meldungen	Grund	Lösung
Keine Basiseinheit erkannt	- Basiseinheit ist nicht mit Bedieneinheit verbunden	- Kabelverbindung überprüfen.
Kein Kolben eingebaut	- Basiseinheit wurde ohne Kolben zusammen gebaut	- Basiseinheit auseinander nehmen und Kolben wieder einsetzen.

Sonderfall Reinigungsposition:

Steht die Basiseinheit in der Reinigungsposition, kann die Spindel durch längeres Drücken und Halten der „Move“-Taste in der Meldung in der Bedieneinheit langsam bis zum unteren Anschlag gefahren werden, um die Kolbenmontage zu erleichtern. Steht die Spindel bereits ganz unten, fährt diese durch längeres drücken der Taste wieder leicht nach oben.

16. Trouble-shooting

16.1 Messages

The red flashing LED in the basic unit indicates that the unit is in a non-operational condition. The control unit also generates a suitable warning message:

Messages	Reason	Solution
Piston blockage, check basic unit	<ul style="list-style-type: none">- Recirculation lever not applied to stop- Valves are blocked- Liquid viscosity is too high- Closure cap is not removed	<ul style="list-style-type: none">- Turn the recirculation lever completely to the front or rear.- Clean or replace valves.- Select slower speed, use dispensing tip instead of titration tip.- Remove closure cap.
Unit is in cleaning position, valve block is not fitted	<ul style="list-style-type: none">- Upper part of basic unit is turned to the right-hand stop (dismantling position)- Upper part of basic unit has been dismantled	<ul style="list-style-type: none">- Turn the upper part slightly to the left.- Assembly basic unit again.

Messages	Reason	Solution
No basic unit identified	- Basic unit not connected to control unit	- Check cable connection.
No piston fitted	- Basic unit was assembled without piston	- Dismantle basic unit and fit piston again.

Special cleaning position case:

If the basic unit is in cleaning position, mounting can be facilitated by moving the spindle slowly to the lower stop by pressing the "Move" button in the message on the control unit for a longer period of time. If the spindle is already at the lowest point, pressing the button for a longer period will move it slightly upwards again.

16.2 Sonstige Probleme – Lösungen

Lässt sich das Gerät nicht mehr bedienen, kann es durch langes Drücken und Halten (ca. 10 s) in die rechte obere Ecke des Touchscreens (Position des Akkusymbols) ausgeschaltet werden. Alle seit dem letzten Einschalten gemachten Änderungen gehen dabei verloren, daher sollte diese Funktion nur im Notfall benutzt werden.

Problem	Grund	Lösung
Aus dem Spalt zwischen Ansaug-, Ausstoß-, Rückführventil und Ventilblock tritt Flüssigkeit aus	<ul style="list-style-type: none">- Ventile locker oder beschädigt	<ul style="list-style-type: none">- Ventile mit Montageschlüssel festziehen oder ggf. austauschen. Achtung: nach Sterilisation müssen Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil mit Montageschlüssel festgezogen werden.
Zwischen Ausstoßventil und Ausstoßeinheit tritt Flüssigkeit aus	<ul style="list-style-type: none">- Ausstoßeinheit locker oder beschädigt- Falsche Ausstoßeinheit	<ul style="list-style-type: none">- Original-Ausstoßeinheit richtig montieren.- Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden.
Gerät saugt Luft an	<ul style="list-style-type: none">- Gerät nicht entlüftet- Ansaugschlauch locker- Ansaugschlauch bzw. Überwurfmutter beschädigt	<ul style="list-style-type: none">- Gerät entlüften- Ansaugschlauch festdrehen- Ansaugschlauch wechseln

Problem	Grund	Lösung
Am Rückführventil (Rückseite des Gerätes) tritt Flüssigkeit aus	<ul style="list-style-type: none"> - Rückführventil locker oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Rückführventil mit Montageschlüssel festziehen oder ggf. austauschen.
Zwischen Ventilwelle und Ventilblock tritt Flüssigkeit aus (nur bei abgenommenem Deckel erkennbar)	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilblock locker 	<ul style="list-style-type: none"> - Mutter auf Ventilwelle festziehen.
Dosiervolumen fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstoßeinheit locker oder beschädigt - Ansaugschlauch locker oder beschädigt - Ansaug-, Ausstoß- und Rückführventil locker oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Original-Ausstoßeinheit richtig montieren. Nur Original-Ausstoßeinheit verwenden. - Ansaugschlauch festdrehen. - Ventil mit Montageschlüssel festziehen oder ggf. austauschen - Reinigung durchführen.

Problem	Grund	Lösung
Flüssigkeit steht über Kolbeneinheit	<ul style="list-style-type: none"> - Beschädigte Dichtlippen an Kolbeneinheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolbeneinheit austauschen.
Luftblasen im Glaszylinder sichtbar	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät nicht entlüftet - Ansaugschlauch oder Überwurfmutter locker, deformiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät entlüften. - Ansaugschlauch festdrehen. Original-Ansaugschlauch wechseln.
Dosiervolumen ungenau	<ul style="list-style-type: none"> - Dichtlippe der Kolbeneinheit beschädigt - Ausstoßeinheit locker oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Komplette Kolbeneinheit austauschen. - Ausstoßeinheit richtig montieren.
Fehlerhafte Werte in der Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätefehler 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät über entsprechende Taste im Menüpunkt „Hauptmenü“ auf Werkseinstellung zurücksetzen.

16.2 Other problems – solutions

If the unit can no longer be operated, it can be deactivated by pressing and holding (approx. 10 s) in the upper right-hand corner of the touch screen (battery symbol position) for a longer period. All changes realized since the last activation are lost as a result, so this function should only be used in emergencies.

Problem	Reason	Solution
Liquid emerges from the gap between the suction, ejection or recirculation valve and valve block	<ul style="list-style-type: none">- Valves loose or damaged	<ul style="list-style-type: none">- Tighten the valves firmly with the assembly wrench or replace if necessary. Warning: the suction, ejection, and recirculation valve should be tightened firmly with the assembly wrench after sterilisation.
Liquid emerges between the ejection valve and ejection unit	<ul style="list-style-type: none">- Ejection unit loose or damaged- Incorrect ejection unit	<ul style="list-style-type: none">- Mount original ejection unit correctly.- Use only original ejection unit.
Unit is suctioning in air	<ul style="list-style-type: none">- Unit not vented- Suction hose loose- Suction hose and/or union nut damaged	<ul style="list-style-type: none">- Vent unit.- Tighten suction hose firmly.- Replace suction hose.

Problem	Reason	Solution
Liquid emerges from recirculation valve (rear of unit)	- Recirculation valve loose or damaged	- Tighten recirculation valve firmly with the assembly wrench or replace.
Liquid emerges between the valve shaft and valve block (only visible when cover is removed)	- Valve shaft loose	- Tighten nut on valve shaft firmly.
Erroneous dispensing volume	<ul style="list-style-type: none"> - Ejection unit loose or damaged - Suction hose loose or damaged - Suction, ejection and recirculation valves loose or damaged 	<ul style="list-style-type: none"> - Mount original ejection unit correctly. Use only original ejection unit. - Tighten suction hose firmly. - Tighten the valves firmly with the assembly wrench or replace if necessary. Realize cleaning.

16.2 Other problems - solutions

Problem	Reason	Solution
Liquid over piston unit	<ul style="list-style-type: none">- Damaged seal lip on piston unit	<ul style="list-style-type: none">- Replace piston unit.
Visible air bubbles in glass cylinder	<ul style="list-style-type: none">- Unit not vented	<ul style="list-style-type: none">- Vent unit.
	<ul style="list-style-type: none">- Suction hose or union not loose, deformed	<ul style="list-style-type: none">- Tighten suction hose firmly. Change original suction hose.
Inaccurate dispensing volume	<ul style="list-style-type: none">- Piston unit seal lip damaged	<ul style="list-style-type: none">- Replace complete piston unit.
	<ul style="list-style-type: none">- Ejection unit loose or damaged	<ul style="list-style-type: none">- Mount ejection unit correctly.
Erroneous values on display	<ul style="list-style-type: none">- Unit error	<ul style="list-style-type: none">- Reset unit to default settings using the button in the "Main menu" item .

16.3 Herstellerkontakt

Sollte durch vorher beschriebene Maßnahmen der Fehler nicht vollständig beseitigt werden können, so ist der Händler oder Hersteller unter Angabe der Seriennummer und der Revisionsnummer der Basiseinheit sowie der Bedieneinheit zu kontaktieren. Die Seriennummern sind auf den Geräteteilen eingeprägt und im Info Menü abzulesen, die Revisionsnummern nur im Info-Menü.

16.3 Contacting the manufacturer

Should the measures as listed above fail to completely remedy the malfunction, the dealer or manufacturer should be contacted. Please specify the serial number and revision number of the basic unit and control unit. Serial numbers are embossed on unit components and can be viewed in the Info menu. Revision numbers can only be viewed in the Info menu.

17. Technische Daten

Leistungsdaten Basiseinheit	10 ml	20 ml	50 ml
Geräte-Typ	mikroprozessgesteuertes, motorisches Kolbenhubsystem mit Rückführung		
Volumenbereich	0,01 ml - 10,00 ml bzw. 0,010 ml - 10,000 ml (max. Kolbenhub 10 ml, automatisch addierend), Auflösung: 1 µl	0,1 ml - 20 ml (max. Kolbenhub 20 ml, automatisch addierend), Auflösung: 10 µl	1,00 ml - 50 ml (max. Kolbenhub 50 ml, automatisch addierend), Auflösung: 10 µl
Volumengenauigkeit	R = 0,2%, CV = 0,07%	R = 0,2%, CV = 0,07%	R = 0,2%, CV = 0,05%
Geschwindigkeit	in 16 Stufen von 0,01 ml/s bis 2 ml/s unabhängig für Ansaug- und Abgabe- geschwindigkeit einstellbar	in 10 Stufen von 0,1 ml/s bis 4 ml/s unabhängig für Ansaug- und Abgabe- geschwindigkeit einstellbar	in 10 Stufen von 1 ml/s bis 10 ml/s unabhängig für Ansaug- und Abgabe- geschwindigkeit einstellbar
Arbeitstemperaturbereich	4 °C bis 40 °C		
Stromversorgung	Steckernetzteil 15 V, 1 A (optional über Akku in Bedieneinheit)		
Optionaler Akkubetrieb	Akkuladung für durchschnittlich 2,5 bis 3 h Dauerbetrieb. Akku-Kapazität im TFT-Display angezeigt, Ladezeit 6,5 h, intelligente Elektronik verhindert Überladung und Tiefentladung		
Materialien	Gehäuse aus PA6 glasfaserverstärkt, alle Flüssigkeit berührenden Teile aus chemisch inertem Material		
Reinigung, Sterilisation	motorische Spülfunktion, ohne Werkzeug entkuppelbar, medienführende Teile dampfsterilisierbar (121 °C)		
Entlüftung	automatisch auf Knopfdruck		
Abmessung/Gewicht	320 mm x 80 mm x 63 mm (H x T x B)/ 660 g		
Qualitätskontrolle	gemäß DIN EN ISO 8655		
Dokumentation	DIN EN ISO 9001 gerechte Zertifizierung, durch Geräteprotokoll mit Seriennummer		

17. Technische Daten

Leistungsdaten Bedieneinheit	10 ml	20 ml	50 ml
Modul-Typ	externes Bedienmodul inkl. Touchscreen Bedienung		
Touchscreen	3,5" mit 320 x 240 Pixel, wichtigste Funktionen vom Hauptbildschirm direkt zu erreichen		
Volumenvorwahl-Titration	bis zu 10 ml	bis zu 20 ml	bis zu 50 ml
Schnelltitration	zur raschen Medienabgabe bei Beginn des Titrationsvorganges		
Tropfentitration	mit 1 Tropfen pro Tastendruck schneller werdend bei gedrückter Taste		
Quick-Cal	Kalibrierung auf andere Temperatur oder anderes Medium möglich		
Methodenspeicher	bis zu 9 unterschiedliche Geräteeinstellungen speicherbar		
Sprachen	4 Sprachen (D, GB, F, ES) standardmäßig integriert		
PC Schnittstelle	USB oder RS232		
Fernsteuerung	über kabelgebundene Zusatzgeräte kann das Gerät ferngesteuert werden		
Abmessungen/Gewicht	55 mm x 130 mm x 110 mm (H x Tx B) /230 g		
Lieferumfang			
Gerät mit A45 Innengewinde und zusätzlichen Gewindeadaptern A 32, A 38 und S 40			
Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, Rückführschlauch, Ausstoßeinheit Titration, Ventil-Montageschlüssel, Touch-Screen-Bedieneinheit, braunes Lichtschutzfenster, Netzteil mit Stecker EU, US, UK, Data Power Kabel, Bedienungsanleitung und Einzel-Qualitätszertifikat			

Das Netzteil kann in der jeweiligen landesspezifischen Ausführung im Lieferumfang abweichen.

17. Technical data

Performance data Basic unit	10 ml	20 ml	50 ml
Unit type	Microprocessor-controlled, motorised piston lift system with recirculation		
Volume range	0.01 ml - 10.00 ml and 0.010 ml - 10.000 ml (max. piston lift 10 ml, automatic addition), resolution: 1 µl	0.1 ml - 20 ml (max. piston lift 20 ml, automatic addition), resolution: 10 µl	1.00 ml - 50 ml (max. piston lift 50 ml, automatic addition), resolution: 10 µl
Volume accuracy	R = 0.2%, CV = 0.07%	R = 0.2%, CV = 0.07%	R = 0.2%, CV = 0.05%
Velocity	in 16 stages from 0.01 ml/s to 2 ml/s independently adjustable for suctioning and dispensing speed	in 10 stages from 0.1 ml/s to 4 ml/s independently adjustable for suctioning and dispensing speed	in 10 stages from 1 ml/s to 10 ml/s independently adjustable for suctioning and dispensing speed
Operating temperature range	4 °C to 40 °C		
Power supply	Plug-in mains unit 15V, 1 A (optional via battery in control unit)		
Optional battery operation	Battery charge for an average of 2.5 to 3 h continuous operation. Battery capacity indicated on TFT display, charging time 6.5 h, intelligent electronics prevent overloading and deep discharging.		
Materials	Housing made of PA6 reinforced glass fibre, all parts in contact with liquid are made of chemically inert material		
Cleaning, sterilisation	Motorised rinsing function, can be disconnected without tools, media-conveying components are suitable for steam sterilisation (121 °C)		
Aeration	Automatic at the push of a button		
Dimensions/Weight	320 mm x 80 mm x 63 mm (H x D x W)/ 660 g		
Quality control	in compliance with DIN EN ISO 8655		
Documentation	DIN EN ISO 9001 compliant certification through unit protocol with serial number		

17. Technical data

Performance data Control unit	10 ml	20 ml	50 ml
Module type	External control module incl. touch screen control		
Touchscreen	3.5" with 320 X 240 pixel, most important functions directly accessible from main screen		
Titration volume preselection	Up to 10 ml	Up to 20 ml	Up to 50 ml
Rapid titration	For rapid medium dispensing at beginning of titration process		
Droplet titration	With 1 droplet per button push, accelerating if button is pressed		
Quick-Cal	Calibration of other temperature or medium possible		
Method memory	Up to 9 different unit configurations can be saved		
Languages	4 languages (D, GB, F, S) integrated as standard option		
PC interface	USB or RS232		
Remote control	Unit can be remotely controlled via an additional cable-connected device		
Dimensions/Weight:	55 mm x 130 mm x 110 mm (H x D x W) /230 g		
Scope of delivery			
Unit with A 45 internal thread and additional A 32, A 38 and S 40 threaded adapters			
Suction hose with union nut, recirculation hose, titration ejection unit, valve fitting wrench, touchscreen control unit "titration", brown light protection window, power supply unit, data power cable, operating manual and individual quality certificate			

The power supply unit may deviate from the specific national design in the scope of delivery.

Konformität

Konformitätsbescheinigung nach den deutschen Vorschriften der Eichordnung (Anlage 12).

CE

Mit diesem Zeichen wird bestätigt, dass das Gerät den festgelegten Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht und dementsprechend geprüft werden.

18. Material

Kolben	PTFE Compound
Zylinder	Borosilikat Glas 3.3
Ventilblock	Halar (ECTFE)
Ventilgehäuse	Halar (ECTFE)
Ventilkugel	Hochreine Aluminiumoxid-Keramik (99,7%)
Ventilsitz	Hochreine Aluminiumoxid-Keramik (99,7%)
Ventilfeder	Hastelloy

Conformity

Conformity certificate conforming to German calibration regulations (appendix 12).

CE

This symbol confirms that the unit meets the stipulated requirements of pertinent EU directives and is tested in conformance with these.

18. Materials

Piston	PTFE Compound
Cylinder	Borosilicate Glass 3.3
Valve block	Halar (ECTFE)
Valve mantle	Halar (ECTFE)
Valve ball	High-purity aluminium oxide ceramic (99.7%)
Valve seat	High-purity aluminium oxide ceramic (99.7%)
Valve spring	Hastelloy

19. Zubehör und Ersatzteile

19. Accessories and spare parts

Bestellnummer - Order number	Kategorie/Artikelbezeichnung - Category/Article designation
	Gewindeadapter - Threaded adapters
931 35 23	PP A 45 auf A 28 - PP A 45 to A 28
931 35 24	PP A 45 auf A 38/430 - PP A 45 to A 38/430
931 36 21	ETFE A 45 auf A 32 - ETFE A 45 to A 32
931 36 23	ETFE A 45 auf A 28 - ETFE A 45 to A 28
931 36 24	ETFE A 45 auf A 38/430 - ETFE A 45 to A 38/430
931 36 25	ETFE A 45 auf A 38 - ETFE A 45 to A 38
931 36 27	ETFE A 45 auf S 40 - ETFE A 45 to S 40

	Ventile - Valves
931 60 28	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF) Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of platinum-iridium (HF)
931 60 15	Ausstoßventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Hastelloy Discharge valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of Hastelloy
931 65 28	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF) Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of platinum-iridium (HF)
931 65 15	Ansaugventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Hastelloy Suction valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of Hastelloy
931 66 26	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Platin-Iridium (HF) Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of platinum-iridium (HF)
931 66 15	Rückführventil, Ventilsitz/Kugel aus hochreiner Keramik (Al ₂ O ₃ 99,7%), Feder aus Hastelloy Recirculation valve, valve seat/ball made of high purity alumina ceramics (Al ₂ O ₃ 99.7%), spring made of Hastelloy

	Netzteil - Power supply unit
956 75 01	Netzteil (100-240 V) mit Stecker EU, US, UK - power supply unit (100-240 V) with EU, US UK plug

Die Adapter können in der jeweiligen landesspezifischen Ausführung im Lieferumfang abweichen.
Adapters may deviate from the specific national design in the scope of delivery.

20. Vordruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung

für Gerät (Seriennummer)

verwendetes Medium:

	JA	NEIN	Wenn JA, bitte definieren
Blut, Körperflüssigkeiten, patholog. Proben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Andere biologische Gefahrenstoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Biologisch abbaubare Materialien, die gefährlich werden können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Chemikalien mit gesundheitsgefährdenden Substanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Radioaktive Materialien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Andere Gefahren- oder Giftstoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Hiermit wird erklärt, dass

- das Gerät vor dem Versand sorgfältig gereinigt und dekontaminiert worden ist,
- keine Gefahren durch Kontamination ausgehen,
- uns bekannt ist, dass bei Schaden durch kontaminierte Geräte Haftungsansprüche gegen uns geltend gemacht werden können.

Adresse des Einsenders:

Name: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

20. Clearance certificate form

for unit(Serial number)

Medium used:

	YES	NO	Please define in case of YES
Blood, bodily fluids, patholog. samples	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Other hazardous biologic substances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Biologically-degradable materials which can pose a risk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Chemicals containing substances harmful to health	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Radioactive materials	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Other hazardous and toxic substances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

We hereby declare that

- the unit has been carefully cleaned and decontaminated prior to shipment,
- no risks resulting from contamination exist,
- we are aware that liability claims can be made against us in the event of damage being caused by contaminated units.

Address of sender:

Name: _____

Date: _____

Signature: _____